

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Veldmetingen</u>								
Chloor (totaal)	232	Spectrofotometrie	Conform NEN-EN-ISO 7393-2	Drinkwater	0.1	NA	mg/l	
				Grondwater	0.1	NA	mg/l	
				Chloorwater	0.1	NA	mg/l	
				Proceswater	0.1	NA	mg/l	
				Dialysewater	0.1	NA	mg/l	
Chloor (vrij beschikbaar)	231	Spectrofotometrie	Conform NEN-EN-ISO 7393-2	Drinkwater	0.1	NA	mg/l	Q
				Grondwater	0.1	NA	mg/l	
				Oppervl-water	0.1	NA	mg/l	
				Chloorwater	0.1	NA	mg/l	Q
				Proceswater	0.1	NA	mg/l	
				Afvalwater	0.1	NA	mg/l	
				Dialysewater	0.1	NA	mg/l	
Doorzicht m.b.v. Secchi-schijf	1097	Meting m.b.v. Secchi schijf		Oppervl-water	5	NA	cm	
Geleidingsvermogen bij 20C (EGV), in situ	1087	Conductometrie	Eigen methode	Drinkwater	0.2	NA	mS/m	Q
				Grondwater	0.2	NA	mS/m	Q
				Oppervl-water	0.2	NA	mS/m	
				Chloorwater	0.2	NA	mS/m	
				Proceswater	0.2	NA	mS/m	Q
				Afvalwater	0.2	NA	mS/m	
Smaak (in situ)	158	Organoleptisch	Eigen methode	Drinkwater		NA		
				Grondwater		NA		
				Oppervl-water		NA		
				Chloorwater		NA		
				Proceswater		NA		
				Afvalwater		NA		
				IJS		NA		
Geur	158	Organoleptisch	Eigen methode	Drinkwater		NA		
				Grondwater		NA		
				Oppervl-water		NA		
				Chloorwater		NA		
				Proceswater		NA		
				Afvalwater		NA		

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Geur	158	Organoleptisch	Eigen methode	IJS		NA		
Temperatuur, in situ	374	Meting m.b.v. digitale thermometer	Conform NEN 6414	Drinkwater	1	NA	°C	Q
				Grondwater	1	NA	°C	Q
				Oppervl-water	1	NA	°C	Q
				Chloorwater	1	NA	°C	Q
				Proceswater	1	NA	°C	Q
				Afvalwater	1	NA	°C	Q
Zuurgraad (pH), in situ	375	Potentiometrie	Eigen methode	Drinkwater	4.00	NA	pH	Q
				Grondwater	4.00	NA	pH	Q
				Oppervl-water	4.00	NA	pH	Q
				Chloorwater	4.00	NA	pH	Q
				Proceswater	4.00	NA	pH	Q
				Afvalwater	4.00	NA	pH	
Fysisch Chemisch								
Ammonium	166	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	0.03	P519	mg NH4 / l	Q
				Grondwater	0.03	P519	mg NH4 / l	Q
				Chloorwater	0.03	P519	mg NH4 / l	
				Proceswater	0.03	P519	mg NH4 / l	
				Extra gezuiverd water	0.03	P519	mg NH4 / l	Q
Ammonium, na in situ filtratie (0,45µm)	704	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	0.03	BU31	mg NH4 / l	Q
				Grondwater	0.03	BU31	mg NH4 / l	Q
				Oppervl-water	0.03	BU31	mg NH4 / l	Q
				Chloorwater	0.03	BU31	mg NH4 / l	
				Proceswater	0.03	BU31	mg NH4 / l	
				Afvalwater	0.03	BU31	mg NH4 / l	
Alpha Radioactiviteit	631	Radioactiviteitsmeting	Eigen methode	Drinkwater	0.04	JC21	Bq/l	Q
				Grondwater	0.04	JC21	Bq/l	Q
				Oppervl-water	0.04	JC21	Bq/l	Q
				Proceswater	0.04	JC21	Bq/l	
Radioactiviteit , totaal beta	349	Radioactiviteitsmeting	Eigen methode	Drinkwater	0.1	JC21	Bq/l	Q
				Grondwater	0.1	JC21	Bq/l	Q
				Oppervl-water	0.1	JC21	Bq/l	Q
				Chloorwater	0.1	JC21	Bq/l	
				Proceswater	0.1	JC21	Bq/l	
Radioactiviteit , rest beta	349	Radioactiviteitsmeting	Eigen methode	Drinkwater	0.1	JC21	Bq/l	Q
				Grondwater	0.1	JC21	Bq/l	Q
				Oppervl-water	0.1	JC21	Bq/l	Q
				Chloorwater	0.1	JC21	Bq/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fysisch Chemisch								
Radioactiviteit , rest beta	349	Radioactiviteitsmeting	Eigen methode	Proceswater	0.2	JC21	Bq/l	
Bezinkselvolume volgens Imhoff	176	Volgens Imhoff	Conform NEN 6623	Drinkwater	0.1	G111	ml/l	
				Grondwater	0.1	G111	ml/l	
				Oppervl-water	0.1	G111	ml/l	
				Proceswater	0.1	G111	ml/l	
				Afvalwater	0.1	G111	ml/l	
Bromide	706	Ionchromotograaf	Conform NEN-EN-ISO-10304-1	Drinkwater	0.05	P519	mg/l	Q
				Grondwater	0.05	P519	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	P519	mg/l	Q
				Chloorwater	0.05	P519	mg/l	
				Proceswater	0.05	P519	mg/l	
Broom totaal	1211	Spectrofotometrie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P519	mg/l	
				Grondwater	0.1	P519	mg/l	
				Oppervl-water	0.1	P519	mg/l	
				Chloorwater	0.1	P519	mg/l	
				Proceswater	0.1	P519	mg/l	
Carbonaat	151	Titrimetrie	Eigen methode	Drinkwater	10	P519	mg/l	Q
				Grondwater	10	P519	mg/l	Q
				Oppervl-water	10	P519	mg/l	Q
				Chloorwater	10	P519	mg/l	Q
				Proceswater	10	P519	mg/l	
Chloraat	955	Ionchromotograaf	Eigen methode	Drinkwater	2.0	P519	µg/l	Q
				Grondwater	2.0	P519	µg/l	Q
				Oppervl-water	2.0	P519	µg/l	Q
				Chloorwater	2.0	P519	µg/l	
				Proceswater	2.0	P519	µg/l	
Chloride	164	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	3	P519	mg/l	Q
				Grondwater	3	P519	mg/l	Q
				Oppervl-water	3	P519	mg/l	Q
				Chloorwater	3	P519	mg/l	
				Proceswater	3	P519	mg/l	
				Afvalwater	3	P519	mg/l	
				Extra gezuiverd water	3	P519	mg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fysisch Chemisch								
Chloride, na in situ filtratie (0,45µm)	708	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	3	BU31	mg/l	Q
				Grondwater	3	BU31	mg/l	Q
				Oppervl-water	3	BU31	mg/l	Q
				Chloorwater	3	BU31	mg/l	
				Proceswater	3	BU31	mg/l	
				Afvalwater	3	BU31	mg/l	
Chloriet	1401	Ionchromotograaf	Eigen methode	Drinkwater	0.05	EX99	mg/l	
				Grondwater	0.05	EX99	mg/l	
				Oppervl-water	0.05	EX99	mg/l	
				Chloorwater	0.05	EX99	mg/l	
				Proceswater	0.05	EX99	mg/l	
				Afvalwater	0.05	EX99	mg/l	
Chroom VI	1005	Ionchromotograaf	Gebaseerd op EPA 218.7	Drinkwater	0.05	P341	µg Cr6+/l	
				Grondwater	0.05	P341	µg Cr6+/l	
				Oppervl-water	0.05	P341	µg Cr6+/l	
				Proceswater	0.05	P341	µg Cr6+/l	
				Afvalwater	0.5	P341	µg Cr6+/l	
				Dialysewater	0.05	P341	µg Cr6+/l	
Cyanide, totaal	170	Spectrofotometrie m.b.v. doorstroomanalyser	Eigen methode	Drinkwater	2	P322	µg/l	Q
				Grondwater	2	P322	µg/l	Q
				Oppervl-water	2	P322	µg/l	Q
				Proceswater	2	P322	µg/l	
				Afvalwater	2	P322	µg/l	
Cyanide, vrij	1188	Spectrofotometrie m.b.v. doorstroomanalyser	Eigen methode	Drinkwater	2	P322	µg/l	
				Grondwater	2	P322	µg/l	
				Oppervl-water	2	P322	µg/l	
				Chloorwater	2	P322	µg/l	
				Proceswater	2	P322	µg/l	
				Afvalwater	2	P322	µg/l	
Cyanuurzuur	156	Spectrofotometrie	Gelijkwaardig aan NEN 6493	Chloorwater	1	P320	mg/l	Q
				Deeltjesgrootte verdeling	980	Laserdiffractie	Eigen methode	Grondwater
Oppervl-water	0.01	P133	µm					
Proceswater	0.01	P133	µm					
Afvalwater	0.01	P133	µm					
Vastmateriaal	0.01	P625	µm					
DWC onschadelyk	0.01	P625	µm					

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fysisch Chemisch								
Fluoride	172	Ionchromotograaf	Conform NEN-EN-ISO-10304-1	Drinkwater	0.05	P519	mg/l	Q
				Grondwater	0.05	P519	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	P519	mg/l	Q
				Chloorwater	0.05	P519	mg/l	
				Proceswater	0.05	P519	mg/l	
				Afvalwater	0.05	P519	mg/l	
				Dialysewater	0.05	P519	mg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	P519	mg/l	Q
Fluoride, na in situ filtratie (0,45µm)	709	Ionchromotograaf	Conform NEN-EN-ISO-10304-1	Drinkwater	0.05	BU31	mg/l	Q
				Grondwater	0.05	BU31	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	BU31	mg/l	Q
				Chloorwater	0.05	BU31	mg/l	
				Proceswater	0.05	BU31	mg/l	
				Afvalwater	0.05	BU31	mg/l	
Fosfaat, ortho	168	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	0.03	P519	mg PO4 / l	Q
				Grondwater	0.03	P519	mg PO4 / l	Q
				Chloorwater	0.03	P519	mg PO4 / l	
				Proceswater	0.03	P519	mg PO4 / l	
				Extra gezuiverd water	0.05	BU31	mg PO4/l	
Fosfaat-totaal	626	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G508	mg PO4 / l	
				Grondwater	0.05	G508	mg PO4 / l	
				Oppervl-water	0.05	G508	mg PO4 / l	
				Proceswater	0.05	G508	mg PO4 / l	
				Afvalwater	0.05	G508	mg PO4 / l	
				Dialysewater	0.1	G508	mg PO4 / l	
				Extra gezuiverd water	0.1	G508	mg/l PO4	
Fosfaat-totaal-P	626	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G508	mg P/l	
				Grondwater	0.02	G508	mg P/l	
				Oppervl-water	0.02	G508	mg P/l	
				Proceswater	0.02	G508	mg P/l	
				Afvalwater	0.02	G508	mg P/l	
				Dialysewater	0.04	G508	mg P/l	
				Extra gezuiverd water	0.04	G508	mg P/l	
Geleidingsvermogen 20C (EGV)	116	Conductometrie	Conform NEN-ISO 7888	Drinkwater	0.2	P519	mS/m	Q
				Grondwater	0.2	P519	mS/m	Q
				Oppervl-water	0.2	P519	mS/m	Q
				Chloorwater	0.2	P519	mS/m	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fysisch Chemisch								
Geleidingsvermogen 20C (EGV)	116	Conductometrie	Conform NEN-ISO 7888	Proceswater	0.2	P519	mS/m	
				Afvalwater	0.2	P519	mS/m	
				Extra gezuiverd water	0.2	P519	mS/m	
Gesuspendeerde Stoffen m.b.v. glasvezelfilter	249	Gravimetrie	Conform NEN-EN 872	Drinkwater	1	G111	mg/l	Q
				Grondwater	1	G111	mg/l	Q
				Oppervl-water	1	G111	mg/l	Q
				Chloorwater	1	G111	mg/l	
				Proceswater	1	G111	mg/l	
				Afvalwater	1	G111	mg/l	
				IJS	1	P202	mg/l	
Gesuspendeerde stoffen m.b.v. Membraanfilter	1270	Gravimetrie	Conform NEN 6484	Drinkwater	5	G111	mg/l	
				Grondwater	5	G111	mg/l	
				Oppervl-water	5	G111	mg/l	
				IJS	5	P202	mg/l	
Geur (semi-kwantitatief)	591	Organoleptisch	Eigen methode	Drinkwater	0	G512		
				Grondwater	0	G512		
Geur en smaak (panel)	590	Organoleptisch	Eigen methode	Drinkwater	0	G512		
				Grondwater	0	G512		
Gloeirest	248	Gravimetrie	Eigen methode	Drinkwater	1	G111	% m/m	
				Grondwater	1	G111	% m/m	
				Oppervl-water	1	G111	% m/m	
				Chloorwater	1	G111	% m/m	
				Proceswater	1	G111	% m/m	
Gloeirest van de Droogrest	250	Gravimetrie	Eigen methode	Afvalwater	1	G111	% m/m	
				Proceswater	2	P625	% m/m	
				Afvalwater	2	P625	% m/m	
				Vastmateriaal	2	P625	% m/m	
Gloeirest van de gesuspendeerde stoffen (550°C)	1318	Gravimetrie	Eigen methode	Afzetting	2	P625	% m/m	
				Drinkwater	5	G111	%	
				Grondwater	5	G111	%	
				Oppervl-water	5	G111	%	
				Chloorwater	5	G111	%	
				Proceswater	5	G111	%	
				Afvalwater	5	G111	%	
Fotometrische bepaling van het gehalte aan Fe2+	1528	Spectrofotometrie	Eigen methode	Vastmateriaal	5	G111	%	
				IJS	5	P202	%	
				Drinkwater	0.01	P325	mg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fysisch Chemisch								
Fotometrische bepaling van het gehalte aan Fe2+	1528	Spectrofotometrie	Eigen methode	Grondwater	0.01	P325	mg/l	
				Proceswater	0.01	P325	mg/l	
Indamprest (180°C)	247	Gravimetrie	Eigen methode	Drinkwater	5	G111	mg/l	
				Grondwater	5	G111	mg/l	
				Oppervl-water	5	G111	mg/l	
				Chloorwater	5	G111	mg/l	
				Proceswater	5	G111	mg/l	
				Afvalwater	5	G111	mg/l	
				Extra gezuiverd water	5	G111	mg/l	
Jodide	1402	Ionchromotograaf	Eigen methode	Drinkwater	0.05	P519	mg/l	
				Grondwater	0.05	P519	mg/l	
				Oppervl-water	0.05	P519	mg/l	
				Proceswater	0.05	P519	mg/l	
				Afvalwater	0.05	P519	mg/l	
Kaliumpermanganaatverbruik	245	Spectrofotometrie m.b.v. doorstroomanalyse	Eigen methode	Drinkwater	2	P320	mg KMnO4/l	Q
				Grondwater	2	P320	mg KMnO4/l	Q
				Oppervl-water	2	P320	mg KMnO4/l	Q
				Chloorwater	2	P320	mg KMnO4/l	Q
				Proceswater	2	P320	mg KMnO4/l	
Kleurintensiteit (455 nm)	155	Spectrofotometrie	Eigen methode	Drinkwater	3	P519	mg Pt/Co/l	Q
				Grondwater	3	P519	mg Pt/Co/l	Q
				Oppervl-water	3	P519	mg Pt/Co/l	Q
				Chloorwater	3	P519	mg Pt/Co/l	
				Proceswater	3	P519	mg Pt/Co/l	
				Afvalwater	3	P519	mg Pt/Co/l	
				IJS	5	P519	mg Pt/Co/l	
				Extra gezuiverd water	3	P519	mg Pt/Co/l	Q
Kleurintensiteit (455nm) na filtratie (0,45µm)	710	Spectrofotometrie	Eigen methode	Drinkwater	3	P519	mg Pt/Co/l	Q
				Grondwater	3	P519	mg Pt/Co/l	Q
				Oppervl-water	3	P519	mg Pt/Co/l	Q
				Proceswater	3	P519	mg Pt/Co/l	
m-getal	978	Titrimetrie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	P519	mmol/l	
				Grondwater	0.01	P519	mmol/l	
				Chloorwater	0.01	P519	mmol/l	
				Proceswater	0.01	P519	mmol/l	
Nitraat	118	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	1.0	P519	mg NO3 / l	Q
				Grondwater	1.0	P519	mg NO3 / l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fysisch Chemisch								
Nitraat	118	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Chloorwater	1.0	P519	mg NO3 / l	
				Proceswater	1.0	P519	mg NO3 / l	
				Dialysewater	1.0	P519	mg NO3 / l	
				Extra gezuiverd water	1.0	P519	mg/l NO3	Q
Nitraat laag	1261	Ionchromotograaf	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P519	mg NO3 / l	Q
				Grondwater	0.1	P519	mg NO3 / l	Q
				Oppervl-water	0.1	P519	mg NO3 / l	Q
				Proceswater	0.1	P519	mg NO3 / l	
				Dialysewater	0.1	P519	mg NO3 / l	
				Extra gezuiverd water	0.1	P519	mg NO3 / l	Q
Nitriet	117	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	0.01	P519	mg NO2 / l	Q
				Grondwater	0.01	P519	mg NO2 / l	Q
				Oppervl-water	0.01	P519	mg NO2 / l	Q
				Chloorwater	0.01	P519	mg NO2 / l	
				Proceswater	0.01	P519	mg NO2 / l	
				Extra gezuiverd water	0.01	P519	mg/l NO2	Q
p-getal	237	Titrimetrie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	P519	mmol/l	
				Grondwater	0.01	P519	mmol/l	
				Chloorwater	0.01	P519	mmol/l	
				Proceswater	0.01	P519	mmol/l	
Perchloraat	1400	Ionchromotograaf	Eigen methode	Drinkwater	0.05	P519	mg/l	
				Grondwater	0.05	P519	mg/l	
				Oppervl-water	0.05	P519	mg/l	
				Chloorwater	0.05	P519	mg/l	
				Proceswater	0.05	P519	mg/l	
				Afvalwater	0.05	P519	mg/l	
Silicaat	714	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P519	mg Si / l	Q
				Grondwater	0.5	P519	mg Si / l	Q
				Oppervl-water	0.5	P519	mg Si / l	Q
				Chloorwater	0.5	P519	mg Si / l	
				Proceswater	0.5	P519	mg Si / l	
				Afvalwater	0.5	P519	mg Si / l	
Sulfaat	715	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.5	P519	mg Si / l	Q
				Drinkwater	2	P519	mg SO4 / l	Q
				Grondwater	2	P519	mg SO4 / l	Q
				Oppervl-water	2	P519	mg SO4 / l	Q
				Chloorwater	2	P519	mg SO4 / l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fysisch Chemisch								
Sulfaat	715	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Proceswater	2	P519	mg SO4 / l	
				Afvalwater	2	P519	mg SO4 / l	
				Extra gezuiverd water	2	P519	mg SO4 / l	Q
Sulfaat laag	1262	Ionchromotograaf	Conform NEN-EN-ISO-10304-1	Drinkwater	0.5	P519	mg SO4 / l	
				Grondwater	0.5	P519	mg SO4 / l	
				Oppervl-water	0.5	P519	mg SO4 / l	
				Proceswater	0.5	P519	mg SO4 / l	
Sulfiet	1272	Titrimetrie	Conform NEN 6545	Drinkwater	1	G337	mg/l	
				Grondwater	1	G337	mg/l	
				Proceswater	1	G337	mg/l	
Thiocyanaat	1189	Niet van toepassing	Eigen methode	Drinkwater	1	P322	µg/l	
				Grondwater	1	P322	µg/l	
				Oppervl-water	1	P322	µg/l	
				Chloorwater	1	P322	µg/l	
				Proceswater	1	P322	µg/l	
				Afvalwater	1	P322	µg/l	
				IJS	1	P322	µg/l	
Troebelingsgraad	154	Nefelometrie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P519	FTE	Q
				Grondwater	0.1	P519	FTE	Q
				Oppervl-water	0.1	P519	FTE	Q
				Chloorwater	0.1	P519	FTE	Q
				Proceswater	0.1	P519	FTE	
				Afvalwater	0.1	P519	FTE	
				Extra gezuiverd water	0.1	P519	FTE	Q
UV-extinctie	261	Spectrofotometrie	Eigen methode	Drinkwater	0.2	P519	1 / m	Q
				Grondwater	0.2	P519	1 / m	Q
				Oppervl-water	0.2	P519	1 / m	Q
				Chloorwater	0.2	P519	1 / m	
				Proceswater	0.2	P519	1 / m	
Ureum	157	Spectrofotometrie m.b.v. doorstroomanalyser	Eigen methode	Oppervl-water	0.10	P320	mg/l	
				Chloorwater	0.10	P320	mg/l	Q
Waterstofcarbonaat	150	Titrimetrie	Eigen methode	Drinkwater	10	P519	mg/l	Q
				Grondwater	10	P519	mg/l	Q
				Oppervl-water	10	P519	mg/l	Q
				Chloorwater	10	P519	mg/l	Q
				Proceswater	10	P519	mg/l	
				Afvalwater	10	P519	mg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Fysisch Chemisch</u>								
Waterstofcarbonaat	150	Titrimetrie	Eigen methode	Extra gezuiverd water	10	P519	mg/l	Q
Zuurgraad *	115	Potentiometrie	Eigen methode	Drinkwater	1.00	P519	pH	Q
				Grondwater	1.00	P519	pH	Q
				Oppervl-water	1.00	P519	pH	Q
				Chloorwater	1.00	P519	pH	
				Proceswater	1.00	P519	pH	
				Afvalwater	1.00	P519	pH	
				Extra gezuiverd water	1.00	P519	pH	Q
Zuurstof	160	Luminiscentiemeting	Conform NEN-ISO-17289	Drinkwater	0.5	P519	mg/l	Q
				Grondwater	0.5	P519	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P519	mg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P519	mg/l	
				Proceswater	0.5	P519	mg/l	
				Afvalwater	0.5	P519	mg/l	
<u>Metalen Macro's</u>								
Calcium (Ca), in chemicaliën	446	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.05	P625	mg/kg	
Calcium (Ca), in grond/slib	1360	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	100	P625	mg/kg ds	
Calcium (Ca), na aanzuren	144	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	mg/l	
				Proceswater	0.5	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	mg/l	
				Extra gezuiverd water	0.5	P324	mg/l	Q
				Afzetting	0.5	P625	mg/l	
Calcium (Ca), opgelost	688	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	mg/l	
				Proceswater	0.5	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	mg/l	
Calcium (Ca), totaal	304	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	mg/l	
				Proceswater	0.5	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	mg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Calcium (Ca), totaal	304	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	IJS	0.5	P202	mg/l	
IJzer (Fe), in chemicaliën	282	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	2	P625	mg/kg	
IJzer (Fe), in grond/slib	1363	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	10	P625	mg/kg ds	
IJzer (Fe), na aanzuren	146	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.01	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.01	P324	mg/l	
				Proceswater	0.01	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.01	P324	mg/l	
				Extra gezuiverd water	0.02	P324	mg/l	Q
				Afzetting	0.01	P625	mg/l	
IJzer (Fe), opgelost	444	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.01	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.02	P324	mg/l	
				Proceswater	0.01	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.01	P324	mg/l	
IJzer (Fe), totaal	292	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.05	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.05	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.04	P324	mg/l	
				Proceswater	0.05	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.05	P324	mg/l	Q
				IJS	0.05	P202	mg/l	
Kalium (K), in grond/slib	1364	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	100	P625	mg/kg ds	
Kalium (K), na aanzuren	122	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.1	P324	mg/l	
				Proceswater	0.1	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.1	P324	mg/l	
				Extra gezuiverd water	0.1	P324	mg/l	Q
				Afzetting	0.1	P625	mg/l	
Kalium (K), opgelost	691	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.1	P324	mg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Kalium (K), opgelost	691	ICP-MS	Eigen methode	Proceswater	0.1	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.1	P324	mg/l	
Kalium (K), totaal	303	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	mg/l	
				Proceswater	0.5	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	mg/l	Q
Magnesium (Mg), in chemicaliën	447	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	10	P625	mg/kg	
Magnesium (Mg), in grond/slib	1367	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	100	P625	mg/kg ds	
Magnesium (Mg), na aanzuren	145	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.1	P324	mg/l	
				Proceswater	0.1	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.1	P324	mg/l	
				Extra gezuiverd water	0.1	P324	mg/l	Q
				Afzetting	0.1	P625	mg/l	
Magnesium (Mg), opgelost	692	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.1	P324	mg/l	
				Proceswater	0.1	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.1	P324	mg/l	
Magnesium (Mg), totaal	305	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.1	P324	mg/l	
				Proceswater	0.1	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.1	P324	mg/l	Q
Mangaan (Mn), in chemicaliën	579	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	2	P625	mg/kg	
Mangaan (Mn), in grond/slib	1368	ICP-MS	Eigen methode	Vastmateriaal	10	P625	mg/kg ds	
Mangaan (Mn), na aanzuren	147	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.005	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.005	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.005	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.005	P324	mg/l	
				Proceswater	0.005	P324	mg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Mangaan (Mn), na aanzuren	147	ICP-MS	Eigen methode	Afvalwater	0.005	P324	mg/l	
				Extra gezuiverd water	0.005	P324	mg/l	Q
				Afzetting	0.005	P625	mg/l	
Mangaan (Mn), opgelost	693	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.005	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.005	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.005	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.005	P324	mg/l	
				Proceswater	0.005	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.005	P324	mg/l	
				IJS		P324	mg/l	
Mangaan (Mn), totaal	293	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.01	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.01	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.01	P324	mg/l	
				Proceswater	0.01	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.01	P324	mg/l	Q
				IJS	0.01	P202	mg/l	
Natrium (Na), in chemicaliën	971	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.1	P625	mg/kg	
Natrium (Na), in grond/slib	1369	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	100	P625	mg/kg ds	
Natrium (Na), na aanzuren	120	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	mg/l	
				Proceswater	0.5	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	mg/l	
				Extra gezuiverd water	0.5	P324	mg/l	Q
				Afzetting	0.5	P625	mg/l	
Natrium (Na), opgelost	695	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	mg/l	
				Proceswater	0.5	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	mg/l	
Natrium (Na), totaal	302	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	mg/l	Q
				Grondwater	1	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	1	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	1	P324	mg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Natrium (Na), totaal	302	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Proceswater	1	P324	mg/l	
				Afvalwater	1	P324	mg/l	Q
<u>Metalen Micro's I</u>								
Aluminium (Al), in chemicaliën	448	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	5	P625	mg/kg	
Aluminium (Al), in grond/slib	1378	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	10	P625	mg/kg ds	
Aluminium (Al), na aanzuren	182	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	2	P324	µg/l	Q
				Grondwater	2	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	2	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	2	P324	µg/l	
				Proceswater	2	P324	µg/l	
				Afvalwater	2	P324	µg/l	
				Dialysewater	2	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	2	P324	µg/l	Q
				Afzetting	2	P625	µg/l	
Aluminium (Al), opgelost	682	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	2	P324	µg/l	Q
				Grondwater	2	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	2	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	2	P324	µg/l	
				Proceswater	2	P324	µg/l	
				Afvalwater	2	P324	µg/l	
Aluminium (Al), totaal	306	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	50	P324	µg/l	Q
				Grondwater	50	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	50	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	50	P324	µg/l	
				Proceswater	50	P324	µg/l	
				Afvalwater	50	P324	µg/l	Q
Arseen (As), in chemicaliën	969	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.5	P625	mg/kg	
Arseen (As), in grond/slib	1357	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	1	P625	mg/kg ds	
Arseen (As), na aanzuren	128	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.5	P324	µg/l	Q
				Afzetting	0.5	P625	µg/l	
Arseen (As), opgelost	684	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Metalen Micro's I</u>								
Arseen (As), opgelost	684	ICP-MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	µg/l	
Arseen (As), totaal	294	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	µg/l	Q
Barium (Ba), in chemicaliën	642	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.5	P625	mg/kg	
Barium (Ba), in grond/slib	1358	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	1	P625	mg/kg ds	
Barium (Ba), na aanzuren	185	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	1	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
				Afvalwater	1	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	1	P324	µg/l	Q
				Afzetting	1	P625	µg/l	
Barium (Ba), opgelost	685	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	1	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
Barium (Ba), totaal	308	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Afvalwater	1	P324	µg/l	
				Drinkwater	2	P324	µg/l	Q
				Grondwater	2	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	2	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	2	P324	µg/l	
				Proceswater	2	P324	µg/l	
				Afvalwater	2	P324	µg/l	Q
Beryllium (Be), in grond/slib	1374	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	10	P625	µg/l	
				Vastmateriaal	1	P625	mg/kg ds	
Beryllium (Be), in chemicaliën	1329	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	1	P625	mg/kg	
Beryllium (Be), na aanzuren	186	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Metalen Micro's I</u>								
Beryllium (Be), na aanzuren	186	ICP-MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.1	P324	µg/l	
				Proceswater	0.1	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.1	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.1	P324	µg/l	Q
				Afzetting	0.1	P625	µg/l	
Beryllium (Be), opgelost	686	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.1	P324	µg/l	
				Proceswater	0.1	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.1	P324	µg/l	
Beryllium (Be), totaal	309	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.05	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	P324	µg/l	
				Proceswater	0.05	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.05	P324	µg/l	Q
Boor (B), in grond/slib	1375	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	10	P625	mg/kg ds	
Boor (B), na aanzuren	184	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	10.0	P324	µg/l	Q
				Grondwater	10.0	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	10.0	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	10.0	P324	µg/l	
				Proceswater	10.0	P324	µg/l	
				Afvalwater	10.0	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	10.0	P324	µg/l	Q
				Afzetting	10.0	P625	µg/l	
Boor (B), opgelost	687	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	10.0	P324	µg/l	Q
				Grondwater	10.0	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	10.0	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	10.0	P324	µg/l	
				Proceswater	10.0	P324	µg/l	
				Afvalwater	10.0	P324	µg/l	
Boor (B), totaal	307	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	20	P324	µg/l	Q
				Grondwater	20	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	20	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	20	P324	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Metalen Micro's I</u>								
Boor (B), totaal	307	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Proceswater	20	P324	µg/l	
				Afvalwater	20	P324	µg/l	Q
Cadmium (Cd), in chemicaliën	580	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.05	P625	mg/kg	
Cadmium (Cd), in grond/slib	1359	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	0.5	P625	mg/kg ds	
Cadmium (Cd), na aanzuren	398	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.10	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.10	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.10	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.10	P324	µg/l	
				Proceswater	0.10	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.10	P324	µg/l	
				Dialysewater	0.10	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.10	P324	µg/l	Q
				Afzetting	0.10	P625	µg/l	
				Cadmium (Cd), opgelost	696	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater
Grondwater	0.10	P324	µg/l					Q
Oppervl-water	0.10	P324	µg/l					Q
Chloorwater	0.10	P324	µg/l					
Proceswater	0.10	P324	µg/l					
Afvalwater	0.10	P324	µg/l					
Cadmium (Cd), totaal	399	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.1	P324	µg/l	
				Proceswater	0.1	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.1	P324	µg/l	Q
Chroom (Cr), in chemicaliën	581	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	1.0	P625	mg/kg	
				Vastmateriaal	5	P625	mg/kg ds	
Chroom (Cr), in grond/slib	1361	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	µg/l	
				Dialysewater	0.5	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.5	P324	µg/l	Q
				Afzetting	0.5	P625	µg/l	
				Chroom (Cr), opgelost	689	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Metalen Micro's I</u>								
Chroom (Cr), opgelost	689	ICP-MS	Eigen methode	Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	µg/l	
Chroom (Cr), totaal	296	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	5	P324	µg/l	
				Proceswater	5	P324	µg/l	
				Afvalwater	5	P324	µg/l	Q
Cobalt (Co), in chemicaliën	582	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	1	P625	mg/kg	
Cobalt (Co), in grond/slib	1362	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	1	P625	mg/kg ds	
Cobalt (Co), na aanzuren	187	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	P324	µg/l	
				Proceswater	0.02	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.20	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.02	P324	µg/l	Q
				Afzetting	0.02	P625	µg/l	
Cobalt (Co), opgelost	690	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	P324	µg/l	
				Proceswater	0.02	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.20	P324	µg/l	
Cobalt (Co), totaal	310	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.2	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.2	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.2	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.2	P324	µg/l	
				Proceswater	0.2	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.2	P324	µg/l	Q
Koper (Cu), in chemicaliën	449	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	20	P625	mg/kg	
Koper (Cu), in grond/slib	1365	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	20	P625	mg/kg ds	
Koper (Cu), na aanzuren	402	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	1	P324	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Metalen Micro's I</u>								
Koper (Cu), na aanzuren	402	ICP-MS	Eigen methode	Oppervl-water	1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	10	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
				Afvalwater	10	P324	µg/l	
				Dialysewater	1	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	1	P324	µg/l	Q
				Afzetting	1	P625	µg/l	
Koper (Cu), opgelost	583	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	1	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
				Afvalwater	10	P324	µg/l	
				Drinkwater	10	P324	µg/l	Q
Koper (Cu), totaal	403	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Grondwater	10	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	10	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	10	P324	µg/l	
				Proceswater	10	P324	µg/l	
				Afvalwater	10	P324	µg/l	Q
				Drinkwater	1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	1	P324	µg/l	Q
Koper (Cu-complex), na aanzuren	1634	ICP-MS	Eigen methode	Oppervl-water	1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	10	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
				Afvalwater	10	P324	µg/l	
				Dialysewater	1	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	1	P324	µg/l	
				Afzetting	1	P324	µg/l	
				DWC onschadelyk	0.5	P625	mg/kg	
				Vastmateriaal	1	P625	mg/kg ds	
				Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
Lood (Pb), in chemicaliën	608	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	µg/l	
				Dialysewater	0.5	P324	µg/l	
				Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
Lood (Pb), in grond/slib	1366	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	µg/l	
				Dialysewater	0.5	P324	µg/l	
Lood (Pb), na aanzuren	400	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Metalen Micro's I</u>								
Lood (Pb), na aanzuren	400	ICP-MS	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.5	P324	µg/l	Q
				Afzetting	0.5	P625	µg/l	
Lood (Pb), opgelost	443	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	µg/l	
Lood (Pb), totaal	401	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	1	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
				Afvalwater	1	P324	µg/l	Q
Nikkel (Ni), in grond/slib	1370	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	1	P625	mg/kg ds	
Nikkel (Ni), in grond/slib/chemicaliën	588	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.5	P625	mg/kg	
Nikkel (Ni), na aanzuren	196	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1.0	P324	µg/l	Q
				Grondwater	1.0	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	1.0	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	1.0	P324	µg/l	
				Proceswater	1.0	P324	µg/l	
				Afvalwater	1.0	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	1.0	P324	µg/l	Q
				Afzetting	1.0	P625	µg/l	
Nikkel (Ni), opgelost	442	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1.0	P324	µg/l	Q
				Grondwater	1.0	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	1.0	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	1.0	P324	µg/l	
				Proceswater	1.0	P324	µg/l	
				Afvalwater	1.0	P324	µg/l	
Nikkel (Ni), totaal	312	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	5	P324	µg/l	
				Proceswater	5	P324	µg/l	
				Afvalwater	5	P324	µg/l	Q
Seleen (Se), in chemicaliën	972	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.2	P625	mg/kg	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Metalen Micro's I</u>								
Seleen (Se), in grond/slib	1371	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	1	P625	mg/kg ds	
Seleen (Se), na aanzuren	197	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	1.0	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.5	P324	µg/l	Q
				Afzetting	0.5	P625	µg/l	
Seleen (Se), opgelost	697	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	1.0	P324	µg/l	
Seleen (Se), totaal	300	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	µg/l	Q
Strontium (Sr), in grond/slib	1377	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	10	P625	mg/kg ds	
Strontium (Sr), na aanzuren	200	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	2	P324	µg/l	Q
				Grondwater	2	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	2	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	2	P324	µg/l	
				Proceswater	2	P324	µg/l	
				Afvalwater	2	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	2	P324	µg/l	Q
				Afzetting	2	P625	µg/l	
Strontium (Sr), opgelost	698	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	2	P324	µg/l	Q
				Grondwater	2	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	2	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	2	P324	µg/l	
				Proceswater	2	P324	µg/l	
				Afvalwater	2	P324	µg/l	
Strontium (Sr), totaal	313	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	2	P324	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Metalen Micro's I</u>								
Strontium (Sr), totaal	313	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Grondwater	2	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	2	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	2	P324	µg/l	
				Proceswater	2	P324	µg/l	
				Afvalwater	2	P324	µg/l	Q
Vanadium (V), in chemicaliën	1330	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	1	P625	mg/kg	
Vanadium (V), in grond/slib	1376	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	10	P625	mg/kg ds	
Vanadium (V), na aanzuren	203	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.50	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.50	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.50	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.50	P324	µg/l	
				Proceswater	0.50	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.50	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.50	P324	µg/l	Q
Vanadium (V), opgelost	700	ICP-MS	Eigen methode	Afzetting	0.50	P625	µg/l	
				Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	µg/l	
Vanadium (V), totaal	315	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	1.0	P324	µg/l	Q
				Grondwater	1.0	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	1.0	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	1.0	P324	µg/l	
				Proceswater	1.0	P324	µg/l	
				Afvalwater	1.0	P324	µg/l	Q
				Zilver (Ag-complex), na aanzuren	1635	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater
				Grondwater	1	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
				Afvalwater	1	P324	µg/l	
				Dialysewater	1	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	1	P324	µg/l	
Zilver (Ag-complex), opgelost	1636	ICP-MS	Eigen methode	Afzetting	1	P625	µg/l	
				Drinkwater	1	P324	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Metalen Micro's I</u>								
Zilver (Ag-complex), opgelost	1636	ICP-MS	Eigen methode	Grondwater	1	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
				Afvalwater	1	P324	µg/l	
Zink (Zn), in chemicaliën	450	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.5	P625	mg/kg	
Zink (Zn), in grond/slib	1373	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	5	P625	mg/kg ds	
Zink (Zn), na aanzuren	207	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	2.0	P324	µg/l	Q
				Grondwater	2.0	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	2.0	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	2.0	P324	µg/l	
				Proceswater	2.0	P324	µg/l	
				Afvalwater	5.0	P324	µg/l	
				Dialysewater	2.0	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	2.0	P324	µg/l	Q
				Afzetting	2.0	P625	µg/l	
				Zink (Zn), opgelost	702	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater
				Grondwater	2.0	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	2.0	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	2.0	P324	µg/l	
				Proceswater	2.0	P324	µg/l	
				Afvalwater	5.0	P324	µg/l	
Zink (Zn), totaal	301	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	20	P324	µg/l	Q
				Grondwater	20	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	20	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	20	P324	µg/l	
				Proceswater	20	P324	µg/l	
				Afvalwater	20	P324	µg/l	Q
<u>Metalen Micro's II</u>								
Antimoon (Sb), in chemicaliën	1075	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	1	P625	mg/kg	
Antimoon (Sb), na aanzuren	183	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P329	µg/l	Q
				Grondwater	1	P329	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P329	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P329	µg/l	
				Proceswater	1	P329	µg/l	
				Afvalwater	1	P329	µg/l	
				Dialysewater	1	P329	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Antimoon (Sb), na aanzuren	183	ICP-MS	Eigen methode	Extra gezuiverd water	1	P329	µg/l	Q
				Afzetting	3	P324	µg/l	
Antimoon (Sb), opgelost	683	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P329	µg/l	Q
				Grondwater	1	P329	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P329	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P329	µg/l	
				Proceswater	1	P329	µg/l	
				Afvalwater	1	P329	µg/l	
Antimoon (Sb), totaal	517	ICP-MS na ontsluiting	Eigen Methode	Drinkwater	2	P329	µg/l	
				Grondwater	2	P329	µg/l	
				Oppervl-water	2	P329	µg/l	
				Chloorwater	2	P329	µg/l	
				Proceswater	2	P329	µg/l	
				Afvalwater	2	P329	µg/l	
Kwik (Hg), in chemicaliën	586	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.05	P625	mg/kg	
Kwik (Hg), na aanzuren	191	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	P329	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	P329	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	P329	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	P329	µg/l	
				Proceswater	0.02	P329	µg/l	
				Afvalwater	0.02	P329	µg/l	
Kwik (Hg), opgelost	1282	ICP-MS	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.02	P329	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	P329	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	P329	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	P329	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	P329	µg/l	
				Afvalwater	0.02	P329	µg/l	
Kwik (Hg), totaal	1283	ICP-MS na ontsluiting	Eigen Methode	Drinkwater	0.02	P329	µg/l	
				Grondwater	0.02	P329	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	P329	µg/l	
				Proceswater	0.02	P329	µg/l	
				Afvalwater	0.02	P329	µg/l	
				DWC onschadelyk	0.1	P625	mg/kg	
Molybdeen (Mo), in chemicaliën	970	ICP-MS	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.1	P625	mg/kg	
Molybdeen (Mo), na aanzuren	193	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P329	µg/l	Q
				Grondwater	1	P329	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P329	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P329	µg/l	
				Proceswater	1	P329	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Molybdeen (Mo), na aanzuren	193	ICP-MS	Eigen methode	Afvalwater	2	P329	µg/l	
				Extra gezuiverd water	1	P329	µg/l	Q
Molybdeen (Mo), opgelost	694	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P329	µg/l	Q
				Grondwater	1	P329	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P329	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P329	µg/l	
				Proceswater	1	P329	µg/l	
				Afvalwater	2	P329	µg/l	
Molybdeen (Mo), totaal	311	ICP-MS na ontsluiting	Eigen Methode	Drinkwater	1	P329	µg/l	Q
				Grondwater	1	P329	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P329	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P329	µg/l	
				Proceswater	1	P329	µg/l	
				Afvalwater	1	P329	µg/l	Q
Tin (Sn), na aanzuren	201	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	2	P329	µg/l	Q
				Grondwater	2	P329	µg/l	Q
				Oppervl-water	2	P329	µg/l	Q
				Chloorwater	2	P329	µg/l	
				Proceswater	2	P329	µg/l	
				Afvalwater	2	P329	µg/l	
Tin (Sn), opgelost	699	ICP-MS	Eigen methode	Extra gezuiverd water	2	P324	µg/l	Q
				Drinkwater	2	P329	µg/l	Q
				Grondwater	2	P329	µg/l	Q
				Oppervl-water	2	P329	µg/l	Q
				Chloorwater	2	P329	µg/l	
				Proceswater	2	P329	µg/l	
Metalen Micro's III	1238	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	P324	µg/l	
				Grondwater	0.2	P324	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	P324	µg/l	
				Proceswater	0.2	P324	µg/l	
Cerium (Ce), na opgelost	1239	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	P324	µg/l	
				Grondwater	0.2	P324	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	P324	µg/l	
				Proceswater	0.2	P324	µg/l	
Lanthaan (La), na aanzuren	1240	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	µg/l	
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Metalen Micro's III</u>								
Lanthaan (La), na aanzuren	1240	ICP-MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	
				Proceswater	0.1	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.1		µg/l	
Lanthaan (La), opgelost	1241	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	µg/l	
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	
				Proceswater	0.1	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.1		µg/l	
Lithium (Li), na aanzuren	1242	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	
				Grondwater	1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	
				Chloorwater	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
Lithium (Li), opgelost	1243	ICP-MS	Eigen methode	Extra gezuiverd water	1	P324	µg/l	
				Drinkwater	1	P324	µg/l	
				Grondwater	1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
Samarium (Sm), opgelost	1249	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	µg/l	
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	
				Proceswater	0.1	P324	µg/l	
Samarium (Sm), na aanzuren	1248	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	µg/l	
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	
				Proceswater	0.1	P324	µg/l	
Neodymium (Nd), opgelost	1245	ICP-MS	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.1	P324	µg/l	
				Drinkwater	0.1	P324	µg/l	
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	
Neodymium (Nd), na aanzuren	1244	ICP-MS	Eigen methode	Proceswater	0.1	P324	µg/l	
				Drinkwater	0.1	P324	µg/l	
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	
Uranium (U), opgelost	1233	ICP-MS	Eigen methode	Proceswater	0.1	P324	µg/l	
				Drinkwater	0.1	P324	µg/l	
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Metalen Micro's III</u>								
Uranium (U), opgelost	1233	ICP-MS	Eigen methode	Chloorwater	0.1	P324	µg/l	
				Proceswater	0.1	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.1	P324	µg/l	
Uranium (U), totaal	1234	ICP-MS na ontsluiting	Eigen Methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	
				Grondwater	1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	
				Chloorwater	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
				Afvalwater	1	P324	µg/l	
<u>Drinkwaterchemicaliën</u>								
Jodiumadsorptie	726	Titrimetrie	Eigen methode	Vastmateriaal	0.01	P625	g/kg	
				DWC onschadelyk	0.01	P625	g/kg	
Onoplosbare Bestanddelen in Zoutzuur	968	Gravimetrie	Eigen methode	Vastmateriaal	0.01	P625	%	
				Afzetting	0.01	P625	%	
<u>Berekeningen</u>								
Corrosie-index	458	Berekening	Eigen methode	Drinkwater	0.01	NA		
				Grondwater	0.01	NA		
				Oppervl-water	0.01	NA		
				Chloorwater		NA		
				Proceswater	0.01	NA		
Hardheid (totaal)	162	Berekening	Eigen methode	Drinkwater	0.1	NA	°D	Q
				Grondwater	0.1	NA	°D	Q
				Oppervl-water	0.1	NA	°D	Q
				Chloorwater	0.1	NA	°D	
				Proceswater	0.1	NA	°D	
				Afvalwater	0.1	NA	°D	
Ionensterkte	258	Berekening	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.1	NA	°D	Q
				Drinkwater	0.2	NA	mmol/l	
				Grondwater	0.2	NA	mmol/l	
				Oppervl-water	0.2	NA	mmol/l	
				Chloorwater	0.2	NA	mmol/l	
				Proceswater	0.2	NA	mmol/l	
				Afvalwater	0.2	NA	mmol/l	
Kooldioxide	148	Berekening	Eigen methode	Drinkwater	1	NA	mg/l	
				Grondwater	1	NA	mg/l	
				Oppervl-water	1	NA	mg/l	
				Chloorwater	1	NA	mg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Kooldioxyde	148	Berekening	Eigen methode	Proceswater	1	NA	mg/l	
				Afvalwater	1	NA	mg/l	
Kooldioxyde agressief	679	Berekening	Eigen methode	Drinkwater	1	NA	mg/l	
				Grondwater	1	NA	mg/l	
				Oppervl-water	1	NA	mg/l	
				Chloorwater	1	NA	mg/l	
				Proceswater	1	NA	mg/l	
				Afvalwater	1	NA	mg/l	
Totaal Anorganisch Koolstof (TAC)	962	Berekening	Eigen methode	Drinkwater	1	NA	mg C/l	
				Grondwater	1	NA	mg C/l	
				Oppervl-water	1	NA	mg C/l	
				Chloorwater	1	NA	mg C/l	
				Proceswater	1	NA	mg C/l	
				Afvalwater	1	NA	mg C/l	
Verzadigings-index (SI)	222	Berekening	Eigen methode	Drinkwater	-99	NA		
				Grondwater	-99	NA		
				Oppervl-water	-99	NA		
				Chloorwater	-99	NA		
				Proceswater	-99	NA		
				Afvalwater	-99	NA		
Zuurgraad (pH) evenwicht	210	Berekening	Eigen methode	Drinkwater	0.01	NA	pH	
				Grondwater	0.01	NA	pH	
				Oppervl-water	0.01	NA	pH	
				Chloorwater	0.01	NA	pH	
				Proceswater	0.01	NA	pH	
				Afvalwater	0.01	NA	pH	
Microbiologisch	518	Membraanfiltratie	Conform NEN 6263	Drinkwater	10	P301	kve/100 ml	Q
				Grondwater	10	P301	kve/100 ml	Q
				Oppervl-water	10	P301	kve/100 ml	Q
				Chloorwater	10	P305	kve/100 ml	
				Proceswater	10	P301	kve/100 ml	
				Afvalwater	10	P301	kve/100 ml	
				IJS	10	P242	kve/100 ml	
				Aeromonas 30 °C 100 ml	110	Membraanfiltratie	Conform NEN 6263	Drinkwater
				Grondwater	1	P301	kve/100 ml	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Microbiologisch								
Aeromonas 30 °C 100 ml	110	Membraanfiltratie	Conform NEN 6263	Oppervl-water	1	P301	kve/100 ml	Q
				Chloorwater	1	P305	kve/100 ml	
				Proceswater	1	P301	kve/100 ml	
				Afvalwater	1	P301	kve/100 ml	
				IJS	1	P242	kve/100 ml	
Aeromonas 37 °C 10 ml	974	Membraanfiltratie	Eigen methode	Drinkwater	10	P301	kve/100 ml	Q
				Grondwater	10	P301	kve/100 ml	Q
				Oppervl-water	10	P301	kve/100 ml	Q
				Chloorwater	10	P305	kve/100 ml	
				Proceswater	10	P301	kve/100 ml	
				Afvalwater	10	P301	kve/100 ml	
Aeromonas 37 °C 100 ml	967	Membraanfiltratie	Eigen methode	Drinkwater	1	P301	kve/100 ml	Q
				Grondwater	1	P301	kve/100 ml	Q
				Oppervl-water	1	P301	kve/100 ml	Q
				Chloorwater	1	P305	kve/100 ml	
				Proceswater	1	P301	kve/100 ml	
				Afvalwater	1	P301	kve/100 ml	
Bacteriofagen 1 ml	1114	Telplaattechniek	conform NEN-EN-ISO 10705-1	Drinkwater	1	P301	pve/ml	Q
				Grondwater	1	P301	pve/ml	Q
				Oppervl-water	1	P301	pve/ml	Q
				Proceswater	1	P301	pve/ml	Q
Bacteriofagen 100 ml	620	Telplaattechniek	conform NEN-EN-ISO 10705-1	Drinkwater	100	P301	pve/l	Q
				Grondwater	100	P301	pve/l	Q
				Oppervl-water	100	P301	pve/l	Q
				Proceswater	100	P301	pve/l	Q
Clostridium perfringens	1395	Membraanfiltratie	conform NEN-EN-ISO 14189	Drinkwater	0	P301	kve/100 ml	Q
				Grondwater	0	P301	kve/100 ml	Q
				Oppervl-water	0	P301	kve/100 ml	Q
				Chloorwater	0	P305	kve/100 ml	Q
				Proceswater	0	P301	kve/100 ml	Q
				Vastmateriaal	0	P625	kve/g	
Clostridium perfringens Bevestiging	1397			DWC onschadelyk	0	P625	kve/g	
				Drinkwater		NA		Q
				Grondwater		NA		Q
				Oppervl-water		NA		Q
				Chloorwater		NA		Q
Proceswater		NA		Q				

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Microbiologisch								
Clostridium perfringens Bevestiging	1397			Vastmateriaal		NA		
				DWC onschadelyk		NA		
Coli 37 °C Opp. water **	202	Membraanfiltratie	Conform NEN 6571	Oppervl-water	1	P603	kve/100 ml	Q
				Afvalwater	1	P603	kve/100 ml	
Coli 37 °C bevestiging Opp. water	459			Oppervl-water		NA		Q
				Afvalwater		NA		
Coli 44 °C Opp. water **	209	Membraanfiltratie	Conform NEN 6570	Oppervl-water	1	P603	kve/100 ml	Q
Coli 44 °C bevestiging Opp. Water	460	Maldi-TOF	Eigen methode	Oppervl-water		NA		Q
Coliformen/E-Coli 250 ml**	975	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN-ISO 9308-1	Drinkwater	0	P301	kve/250ml	Q
				Grondwater	0	P301	kve/250ml	Q
				Chloorwater	0	P305	kve/250ml	Q
				Proceswater	0	P301	kve/250ml	
				Afvalwater	0	P301	kve/250ml	
Coliformen 37° C	951	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN-ISO 9308-1	Drinkwater	0	NA	kve/100 ml	Q
				Grondwater	0	NA	kve/100 ml	Q
				Oppervl-water	0	NA	kve/100 ml	
				Chloorwater	0	NA	kve/100 ml	Q
				Proceswater	0	NA	kve/100 ml	
				Afvalwater	0	NA	kve/100 ml	
				IJS	0	NA	kve/100 ml	
				Dialysewater	0	NA	kve/100ml	
Escherichia coli	951	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN-ISO 9308-1	Drinkwater	0	NA	kve/100 ml	Q
				Grondwater	0	NA	kve/100 ml	Q
				Oppervl-water	0	NA	kve/100 ml	
				Chloorwater	0	NA	kve/100 ml	Q
				Proceswater	0	NA	kve/100 ml	
				Afvalwater	0	NA	kve/100 ml	
				IJS	0	NA	kve/100 ml	
				Dialysewater	0	NA	kve/100ml	
Coliformen/E-Coli	635	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN-ISO 9308-1	Drinkwater	0	P301	kve/100 ml	Q
				Grondwater	0	P301	kve/100 ml	Q
				Chloorwater	0	P305	kve/100 ml	Q
				Proceswater	0	P301	kve/100 ml	
				Afvalwater	0	P301	kve/100 ml	
				IJS	0	P242	kve/100 ml	
				Dialysewater	0	P301	kve/100 ml	
Determinatie mbv MALDI-TOF	1490		Eigen methode	Drinkwater		NA		Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Microbiologisch								
Determinatie mbv MALDI-TOF	1490		Eigen methode	Grondwater		NA		Q
				Oppervl-water		NA		Q
				Chloorwater		NA		Q
				Proceswater		NA		Q
				Afvalwater		NA		Q
Enterococci **	592	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN ISO 7899-2	Drinkwater	0	P301	kve/100 ml	Q
				Grondwater	0	P301	kve/100 ml	Q
				Chloorwater	0	P305	kve/100 ml	Q
				Proceswater	0	P301	kve/100 ml	Q
				Afvalwater	0	P301	kve/100 ml	Q
				Vastmateriaal	0	P301	kve/100 ml	Q
				IJS	0	P242	kve/100 ml	Q
				Dialysewater	0	P301	kve/100 ml	Q
Enterococci 250 ml Ophoping	1007	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN ISO 7899-2	Drinkwater	0	P301	kve/250ml	Q
				Grondwater	0	P301	kve/250ml	Q
				Chloorwater	0	P305	kve/250ml	Q
				Proceswater	0	P301	kve/250ml	Q
Enterococci certification	593	Niet van toepassing	Conform NEN-EN ISO 7899-2	Drinkwater	0	NA		Q
				Grondwater	0	NA		Q
				Oppervl-water	0	NA		Q
				Chloorwater		NA		Q
				Proceswater	0	NA		Q
				Afvalwater		NA		Q
				Vastmateriaal		NA		Q
				IJS		NA		Q
				Dialysewater		NA		Q
Enterococci Opp. water Ophoping	1522	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN-ISO 7899-2	Oppervl-water		P603		Q
Escherichia Coli Opp. water 1 ml **	734	Membraanfiltratie	Conform NEN 6261	Oppervl-water	0.01	P603	kve/ml	Q
				Afvalwater	0.01	P603	kve/ml	Q
Escherichia Coli Opp. water 100 ml**	485	Membraanfiltratie	Conform NEN 6261	Oppervl-water	1	P603	kve/100 ml	Q
Escherichia Coli Opp. water 1000 ml**	733	Membraanfiltratie	Conform NEN 6261	Oppervl-water	10	P603	kve/l	Q
Escherichia coli 37 °C certification (MALDI-TOF)	1071		Eigen methode	Drinkwater		NA		Q
				Grondwater		NA		Q
				Oppervl-water		NA		Q
				Chloorwater		NA		Q
				Proceswater		NA		Q
				Afvalwater		NA		Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Microbiologisch								
Escherichia coli 37 °C bevestiging (Maldi-TOF)	1071		Eigen methode	Vastmateriaal		NA		
				IJS		NA		
				DWC onschadelyk		NA		
				Dialysewater		NA		
TOTALCOUNT	1740	Count	Flowcytometrie	Drinkwater	20	P301	count/ml	
VIABLECOUNT	1740	Count	Flowcytometrie	Drinkwater	20	P301	count/ml	
TOTALCOUNT	1740	Count	Flowcytometrie	Grondwater	20	P301	count/ml	
VIABLECOUNT	1740	Count	Flowcytometrie	Grondwater	20	P301	count/ml	
TOTALCOUNT	1740	Count	Flowcytometrie	Oppervl-water	20	P301	count/ml	
VIABLECOUNT	1740	Count	Flowcytometrie	Oppervl-water	20	P301	count/ml	
TOTALCOUNT	1740	Count	Flowcytometrie	Proceswater	20	P301	count/ml	
VIABLECOUNT	1740	Count	Flowcytometrie	Proceswater	20	P301	count/ml	
Koloniegetal 22 °C 0.1 ml**	634	Telplaattechniek	Gelijkwaardig aan NEN-EN ISO 6222	Drinkwater	10	P301	kve/ml	Q
				Grondwater	10	P301	kve/ml	Q
				Oppervl-water	10	P301	kve/ml	Q
				Chloorwater	10	P305	kve/ml	Q
				Proceswater	10	P301	kve/ml	Q
				IJS	10	P242	kve/ml	Q
Koloniegetal 22 °C 1 ml**	594	Telplaattechniek	Gelijkwaardig aan NEN-EN ISO 6222	Drinkwater	1	P301	kve/ml	Q
				Grondwater	1	P301	kve/ml	Q
				Oppervl-water	1	P301	kve/ml	Q
				Chloorwater	1	P305	kve/ml	Q
				Proceswater	1	P301	kve/ml	Q
				Afvalwater	1	P301	kve/ml	Q
				IJS	1	P242	kve/ml	Q
				Dialysewater	0.1	P301	kve/ml	
Koloniegetal 22 °C **	743	Telplaattechniek	Gelijkwaardig NEN-EN-ISO 6222	Drinkwater	1	P301	kve/ml	Q
				Grondwater	1	P301	per ml	
				Oppervl-water	1	P301	kve/ml	Q
				Chloorwater	1	P305	kve/ml	
				Proceswater	1	P301	kve/ml	Q
				Afvalwater	1	P301	kve/ml	Q
Koloniegetal 25 °C (R2A) **	994	Membraanfiltratie	Eigen methode	Drinkwater	1	P301	kve/100 ml	
				Grondwater	1	P301	kve/100 ml	
				Oppervl-water	1	P301	kve/100 ml	
				Chloorwater	1	P301	kve/100 ml	
				Proceswater	1	P301	kve/100 ml	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Microbiologisch								
Koloniegetal 25 °C (R2A) **	994	Membraanfiltratie	Eigen methode	Afvalwater	1	P301	kve/100 ml	
Koloniegetal 25 °C 1 ml (R2A) **	721	Telplaattechniek	Conform NEN 6276	Drinkwater	7	P301	kve/ml	Q
				Grondwater	7	P301	kve/ml	Q
				Oppervl-water	7	P301	kve/ml	Q
				Chloorwater	7	P305	kve/ml	
				Proceswater	7	P301	kve/ml	
				Afvalwater	7	P301	kve/ml	
				Extra gezuiverd water	7	P301	kve/ml	
Koloniegetal 37 °C 0.1 ml **	720	Telplaattechniek	Gelijkwaardig aan NEN-EN ISO 6222	Drinkwater	10	P301	kve/ml	Q
				Grondwater	10	P301	kve/ml	Q
				Oppervl-water	10	P301	kve/ml	Q
				Chloorwater	10	P305	kve/ml	Q
				Proceswater	10	P301	kve/ml	Q
Koloniegetal 37 °C 1 ml**	629	Telplaattechniek	Gelijkwaardig aan NEN-EN ISO 6222	Drinkwater	1	P301	kve/ml	Q
				Grondwater	1	P301	kve/ml	Q
				Oppervl-water	1	P301	kve/ml	Q
				Chloorwater	1	P305	kve/ml	Q
				Proceswater	1	P301	kve/ml	Q
				IJS	1	P242	kve/ml	Q
				Dialysewater	0.1	P301	kve/ml	
Koloniegetal 37 °C **	950	Telplaattechniek	Gelijkwaardig NEN-EN-ISO 6222	Drinkwater	1	P301	kve/ml	Q
				Grondwater	1	P301	per ml	Q
				Oppervl-water	1	P301	kve/ml	Q
				Chloorwater	1	P305	kve/ml	Q
				Proceswater	1	P301	kve/ml	Q
				Afvalwater	1	P301	kve/ml	Q
Legionella Matrix A	219	Membraanfiltratie	gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731	Drinkwater	100	P601	kve/l	Q
				Grondwater	100	P601	kve/l	Q
				Extra gezuiverd water	100	P601	kve/l	Q
Legionella Matrix B	703	Membraanfiltratie	gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731	Oppervl-water	100	P602	kve/l	
				Chloorwater	100	P602	kve/l	Q
				Proceswater	100	P602	kve/l	Q
Legionella Matrix C	1716	Membraanfiltratie	gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731	Oppervl-water	2000	P604	kve/l	Q
				Afvalwater	2000	P604	kve/l	Q
Legionella bacterie-isolaten bev. UV-PCR	957	UV/PCR	gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731	Drinkwater		NA		Q
				Grondwater		NA		Q
				Oppervl-water		NA		Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Microbiologisch								
Legionella bacterie-isolaten bev. UV-PCR	957	UV/PCR	gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731	Chloorwater		NA		Q
				Proceswater		NA		Q
				Afvalwater		NA		Q
				Vastmateriaal		NA		
				Extra gezuiverd water		NA		Q
Legionella m.b.v. PCR	946	Real Time Polymerase Chain Reaction PCR	Eigen methode	Drinkwater	100	P603	c DNA/l	
				Grondwater	100	P603	c DNA/l	
				Oppervl-water	100	P603	c DNA/l	
				Chloorwater	100	P604	c DNA/l	
				Proceswater	100	P603	c DNA/l	
Pseudomonas aeruginosa **	413	Membraanfiltratie	Eigen methode	Drinkwater	1	P301	kve/100 ml	
				Grondwater	1	P301	kve/100 ml	
				Oppervl-water	1	P301	kve/100 ml	
				Chloorwater	1	P305	kve/100 ml	
				Proceswater	1	P301	kve/100 ml	
RT-PCR voor Enterococcen	1624	Polymerase Chain Reaction		Drinkwater		P603	cRNA/100ml	
				Grondwater		P603	cRNA/100ml	
				Proceswater		P603	cRNA/100ml	
				Drinkwater		P603	cRNA/100ml	
				Grondwater		P603	cRNA/100ml	
RT-PCR voor E.coli	1584	Polymerase Chain Reaction		Proceswater		P603	cRNA/100ml	
				Drinkwater		P603	cRNA/100ml	
				Grondwater		P603	cRNA/100ml	
Somatische colifagen	1611			Drinkwater	100	P301	pve/l	Q
				Grondwater	100	P301	pve/l	Q
				Oppervl-water	100	P301	pve/l	Q
Sulfietreducerende Clostridia, in grond	1092	Niet van toepassing	Conform NEN-EN-ISO 6461-2	Vastmateriaal	1	P625	kve/g	
				DWC onschadelyk	1	P625	kve/g	
Sulfietreducerende clostridia **	213	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN-ISO 6461-2	Drinkwater	1	P301	kve/100 ml	Q
				Grondwater	1	P301	kve/100 ml	Q
				Oppervl-water	1	P301	kve/100 ml	Q
				Chloorwater	1	P305	kve/100 ml	Q
				Proceswater	1	P301	kve/100 ml	Q
Legionella species	1461	Moleculair	Eigen methode	Afvalwater	1	P301	kve/100 ml	
				Drinkwater		P603	c DNA/l	
				Grondwater		P603	c DNA/l	
				Chloorwater		P603	c DNA/l	
				Proceswater		P603	c DNA/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Microbiologisch</u>								
Legionella pneumophila SG2-15	1461	Moleculair	Eigen methode	Drinkwater		P603	c DNA/l	
				Grondwater		P603	c DNA/l	
				Chloorwater		P603	c DNA/l	
				Proceswater		P603	c DNA/l	
Legionella pneumophila SG1	1461	Moleculair	Eigen methode	Drinkwater		P603	c DNA/l	
				Grondwater		P603	c DNA/l	
				Chloorwater		P603	c DNA/l	
				Proceswater		P603	c DNA/l	
Legionella pneumophila	1461	Moleculair	Eigen methode	Drinkwater		P603	c DNA/l	
				Grondwater		P603	c DNA/l	
				Chloorwater		P603	c DNA/l	
				Proceswater		P603	c DNA/l	
<u>Hydrobiologisch</u>								
Benthos onderzoek	406	Uitbesteding		Drinkwater	1	G717	N/m3	
Plankton	1014	Uitbesteding		Drinkwater	1	G717	N/m3	
Benthos-totaal (hoofdstroom)	407	Uitbesteding		Drinkwater		G717	ml/m3	
<u>Organisch Algemeen</u>								
Adsorbeerbare Organische Halogenen (AOX)	228	Uitbesteding		Drinkwater	5	G509	µg/l	
				Grondwater	5	G509	µg/l	
				Oppervl-water	5	G509	µg/l	
				Chloorwater	5	G535	µg/l	
				Proceswater	5	G509	µg/l	
				Afvalwater	5	G509	µg/l	
DOC	480	Infrarood na hoge temperatuur oxidatie	Eigen methode	Drinkwater	0.5	G512	mg/l	Q
				Grondwater	0.5	G512	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	G512	mg/l	Q
				Chloorwater	0.5	G512	mg/l	
				Proceswater	0.5	G512	mg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	mg/l	
Dikegulac	954	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
Ampa	678	LC-MS/MS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Ampa	678	LC-MS/MS na derivatisering	Eigen methode	Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
Glyfosaat	678	LC-MS/MS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.05	G512	µg/l	
Methaan (headspace)	226	GC-FID na statische headspace	Eigen methode	Drinkwater	5	V214	µg/l	Q
				Grondwater	5	V214	µg/l	Q
				Oppervl-water	5	V214	µg/l	
				Proceswater	5	V214	µg/l	
				Afvalwater	10	V214	µg/l	
Methaan, in lucht	1015			Lucht	5	V214	µg/l lucht	
TOC	405	Infrarood na hoge temperatuur oxidatie	Eigen methode	Drinkwater	0.5	G508	mg/l	Q
				Grondwater	0.5	G508	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	G508	mg/l	Q
				Chloorwater	0.5	G508	mg/l	
				Proceswater	0.5	G508	mg/l	
				Afvalwater	0.5	G508	mg/l	
				IJS	0.5	P202	mg/l	
				Dialysewater	0.3	G508	mg/l	
Extra gezuiverd water	0.3	G508	mg/l					
<u>Organisch Polyaromatische Koolwaterstoffen</u>								
Acenafteen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	
Anthraceen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	
Benzo-(a)-anthraceen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	
Benzo-(a)-pyreen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.002	V416	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Polyaromatische Koolwaterstoffen</u>								
Benzo-(a)-pyreen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Grondwater	0.002	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.002	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.002	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	
Benzo-(b)-fluorantheen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
Benzo-(g,h,i)-peryleen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
Benzo-(k)-fluorantheen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
Chryseen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
Dibenz-(a,h)-anthraceen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
Fenanthreen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
Fluorantheen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Polyaromatische Koolwaterstoffen</u>								
Fluorantheen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Proceswater	0.01	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	
Fluoreen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	
Indeno-[1,2,3-cd]-pyreen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	
Naftaleen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.2	V416	µg/l	
Pyreen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	
Som PAK (6 Borneff)	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	
Som PAK (15 EPA)	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	V416	µg/l	
				Grondwater	0.02	V416	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	V416	µg/l	
				Proceswater	0.02	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.02	V416	µg/l	
Som PAK (WLB 2000)	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Polyaromatische Koolwaterstoffen</u>								
Som PAK (10 VROM)	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.2	V416	µg/l	
				Grondwater	0.2	V416	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	V416	µg/l	
				Proceswater	0.2	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.2	V416	µg/l	
<u>Organisch BAM + Bromacil + Dichobenil</u>								
BAM	387	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Bromacil	387	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Dichlobenil	387	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
<u>Organisch N.P.-pesticiden + Acetamiden (ONPB/ACM)</u>								
Alachloor	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Ametryn	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Atrazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Azinfos-ethyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Azinfos-methyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Azinfos-methyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Bromofos-ethyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Bromofos-methyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Chloorfenvinfos (cis)	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Chloorprofam	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Chloorpyrifos	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Coumaphos	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Crimidine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Cyanazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Desethylatrazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Desethylatrazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Desisopropylatrazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Desmetryn	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Diazinon	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Dichloorvos	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Dimethachloor	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Dimethoaat	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Disulfoton	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
EPTC	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Ethion	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Ethoprofos	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Etrimfos	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Fenchloorfos	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Fenitrothion	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Fonofos	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Lenacil	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Malathion	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Metazachloor	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Methidathion	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Metolachloor	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Metolachloor	530	GC-MSMS	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Metribuzine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Mevinfos cis	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Paraoxon-ethyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
Paraoxon-methyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
Parathion-ethyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Parathion-methyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Permethrin (cis+trans)	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
Phoraat	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Pirimicarb	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pirimicarb	530	GC-MSMS	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Prometryn	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Propachloor	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Propazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Propham	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Pyrazofos	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Sebuthylazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Simazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Sulfotep	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Terbutryn	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Terbutryn	530	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Terbutylazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Tetrachloorvinfos	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Tolclofos methyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Triadimefon	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Triallaat	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Trietazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Trifluralin	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
<u>Organisch Organochloor pesticiden (OCB)</u>								
alfa-Endosulfan	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
alfa-HCH	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Organochloor pesticiden (OCB)</u>								
alfa-HCH	188	GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Aldrin	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
beta-Endosulfan	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
beta-HCH	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
cis-Heptachloorepoxide	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
Cis Chloordaan	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
delta-HCH	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Dicloran	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Organochloor pesticiden (OCB)</u>								
Dieldrin	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
Endrin	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Endosulfansulfaat	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
gamma-HCH	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
trans-Heptachloorepoxide	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
Hexachloorbenzeen	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Heptachloor	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
Isodrin	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Organochloor pesticiden (OCB)</u>								
Isodrin	188	GC-MSMS	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
2,4-Methoxychloor	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
4,4-Methoxychloor	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Mirex	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
o,p-DDD	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
o,p-DDE	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
o,p-DDT	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Pentachloorbenzeen	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Organochloor pesticiden (OCB)</u>								
Pentachloorbenzeen	188	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
p,p-DDD	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
p,p-DDE	188	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
p,p-DDT	188	GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
Quintozeen	188	GC-MSMS	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
Telodrin	188	GC-MSMS	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Tecnazeen	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
Trans Chloordaan	188	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
Chloorthalonil	188	GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Organochloor pesticiden (OCB)</u>								
Chloorthalonil	188	GC-MSMS	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
<u>Organisch Plychloorbifenylen (PCB)</u>								
PCB-28	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
PCB-52	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
PCB-101	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
PCB-118	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
PCB-138	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
PCB-153	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
PCB-180	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
PCB-194	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Som PCB	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.05	G512	µg/l	
<u>Organisch Aromatische Aminen</u>								
2-Aminoacetophenon	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
Aniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
o-Ansidine	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
4-Broomaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2-Chlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3-Chlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
4-Chlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Aromatische Aminen</u>								
4-Chlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
4+5-chloor-2-methylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,3-Dichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,4-Dichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,5-Dichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,6-Dichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3,4-Dichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3,5-Dichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Aromatische Aminen</u>								
2,6-Dichloor-4-nitroaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.05	G512	µg/l	
2,6-Diethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,3-Dimethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,5-Dimethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,4- en 2,6-Dimethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3,4-Dimethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3,5-Dimethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
N-Ethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Aromatische Aminen</u>								
N-Ethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
N-Methylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
N,N-Diethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
N,N-Dimethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
4-Isopropylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
4-Methoxy-2-nitroaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.05	G512	µg/l	
4-Methyl-3-nitroaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.05	G512	µg/l	
2-Nitroaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Aromatische Aminen</u>								
2-Nitroaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3-Nitroaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3-Chloor-4-methoxy-aniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3-Chloor-4-methylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
Pentachlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2-Phenylsulfonaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,3,4,5-Tetrachlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,3,5,6-Tetrachlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
m-Toluidine	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Aromatische Aminen</u>								
m-Toluidine	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
o- en p-Toluidine	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,3,4-Trichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,4,5-Trichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,4,6-Trichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3,4,5-Trichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2-Trifluormethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
<u>Organisch (Chloor)fenolen</u>								
2-Chloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
2-Chloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
3-Chloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
4-Chloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
m+p-Cresol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
m-Cresol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
o-Cresol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
p-Cresol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,3-Dichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,4+2,5-Dichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,6-Dichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
2,6-Dichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Proceswater	0.02	G512	µg/l	
3,4-Dichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
3,5-Dichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,3-Dimethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,4+2,5-Dimethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,4-Dimethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,5-Dimethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,6-Dimethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
3,4-Dimethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2-Ethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
3-Ethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
4-Ethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
3+4-Ethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
4-Chloor-2-Methylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
4-Chloor-3-Methylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
Pentachloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,3,4,6-Tetrachloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,3,5,6-Tetrachloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
2,3,4,5-Tetrachloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,3,4-Trichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
2,3,4-Trichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,3,5-Trichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,3,6-Trichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,4,5-Trichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,4,6-Trichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
3,4,5-Trichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
Benzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q				
Broomchloormethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>								
Broomchloormethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Broomdichloormethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Biphenyl	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.1	V440	µg/l	
				Grondwater	0.1	V440	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.1	V328	µg/l	
				Proceswater	0.1	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.1	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.1	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.1	V440	µg/l	
n-Butylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
sec-Butylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Chloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q				
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>												
Chloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Chloorwater	0.05	V328	µg/l					
				Proceswater	0.05	V440	µg/l					
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l					
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l					
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q				
Chlooretheen (Vinylchloride)	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.03	V440	µg/l	Q				
				Grondwater	0.03	V440	µg/l	Q				
				Oppervl-water	0.03	V318	µg/l	Q				
				Chloorwater	0.03	V328	µg/l					
				Proceswater	0.03	V440	µg/l					
				Afvalwater	0.03	V318	µg/l					
				Dialysewater	0.03	V440	µg/l					
				Extra gezuiverd water	0.03	V440	µg/l	Q				
				2-Chloormethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
								Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
Oppervl-water	0.05	V318	µg/l					Q				
Chloorwater	0.05	V328	µg/l									
Proceswater	0.05	V440	µg/l									
Afvalwater	0.05	V318	µg/l									
Dialysewater	0.01	V440	µg/l									
Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l					Q				
3-Chloormethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode					Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
								Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q				
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l					
				Proceswater	0.05	V440	µg/l					
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l					
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l					
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q				
				4-Chloormethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
								Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
Oppervl-water	0.05	V318	µg/l					Q				
Chloorwater	0.05	V328	µg/l									
Proceswater	0.05	V440	µg/l									
Afvalwater	0.05	V318	µg/l									
Dialysewater	0.01	V440	µg/l									
Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l					Q				

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>								
2-Chloorpropeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Cyclohexaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
Cyclohexeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
Cyclohexyl-isothiocyanate	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.1	V440	µg/l	
				Grondwater	0.1	V440	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.1	V328	µg/l	
				Proceswater	0.1	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.1	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.1	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.1	V440	µg/l	
Dibroomchloormethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
Dibroomchloormethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
1,2-Dibroomethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
cis + trans 1,2-Dibroomethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
cis 1,2-Dibroomethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
trans 1,2-Dibroomethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
1,2-Dichloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>								
1,2-Dichloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
1,3-Dichloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
				Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
1,4-Dichloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
				Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
1,1-Dichloorethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
1,2-Dichloorethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
				Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>								
1,2-Dichloorethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
1,1-Dichlooretheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
cis 1,2-Dichlooretheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
trans 1,2-Dichlooretheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Dichloormethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.10	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.10	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.10	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.10	V328	µg/l	
				Proceswater	0.10	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.10	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
2,3+3,4-Dichloormethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>								
2,3+3,4-Dichloormethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
2,4+2,5+2,6-Dichloormethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,1-Dichloorpropan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.02	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.02	V440	µg/l	Q
1,2-Dichloorpropan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.02	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.02	V440	µg/l	Q
1,3-Dichloorpropan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.02	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.02	V440	µg/l	Q
1,1-Dichloorpropeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>								
1,1-Dichloorpropeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
cis 1,3-Dichloorpropeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.02	V440	µg/l	
trans 1,3-Dichloorpropeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.02	V440	µg/l	Q
				Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
cis + trans 1,3-Dichloorpropeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Dialysewater	0.02	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.02	V440	µg/l	Q
				Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
Di-isopropylether	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.02	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.02	V440	µg/l	Q
				Drinkwater	0.05	V440	µg/l	
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
Proceswater	0.05	V440	µg/l					
Afvalwater	0.05	V318	µg/l					

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
Di-isopropylether	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	
1,2-Dimethylbenzeen (o-Xyleen)	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,3- + 1,4-Dimethylbenzeen (m+p-Xyleen)	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,4 Dioxaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.3	V440	µg/l	
				Grondwater	0.3	V440	µg/l	
				Oppervl-water	1	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.3	V328	µg/l	
				Proceswater	0.3	V440	µg/l	
				Afvalwater	1	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.3	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.3	V440	µg/l	
Ethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,2-Ethylmethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>								
1,2-Ethylmethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
1,3-Ethylmethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,4-Ethylmethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
Ethyl tertiar-butyl ether (ETBE)	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	
Fenyletheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>								
Hexachloorbutadien	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Hexachloorethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Indene	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	
Isopropylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1-Methyl-4-isopropylbenzeen (p-Cymene)	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
1-Methyl-4-isopropylbenzeen (p-Cymene)	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
MTBE	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.1	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.1	V440	µg/l	Q
Methylbenzeen (Tolueen)	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
Methylacrylaat	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	
Methylmethacrylaat	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	
Methylisothiocyanaat	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.2	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.2	V440	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q				
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>												
Methylisothiocyanaat	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Oppervl-water	0.2	V318	µg/l	Q				
				Chloorwater	0.2	V328	µg/l					
				Proceswater	0.2	V440	µg/l					
				Afvalwater	0.2	V318	µg/l					
				Dialysewater	0.2	V440	µg/l					
				Extra gezuiverd water	0.2	V440	µg/l	Q				
Naftaleen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q				
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q				
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q				
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l					
				Proceswater	0.05	V440	µg/l					
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l					
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l					
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q				
				Propylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
								Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
Oppervl-water	0.05	V318	µg/l					Q				
Chloorwater	0.05	V328	µg/l									
Proceswater	0.05	V440	µg/l									
Afvalwater	0.05	V318	µg/l									
Dialysewater	0.01	V440	µg/l									
Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l					Q				
Tert-Butylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode					Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
								Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q				
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l					
				Proceswater	0.05	V440	µg/l					
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l					
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l					
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q				
				Tertiar-amyl methyl ether	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	
								Grondwater	0.05	V440	µg/l	
Oppervl-water	0.05	V318	µg/l									
Chloorwater	0.05	V328	µg/l									
Proceswater	0.05	V440	µg/l									
Afvalwater	0.05	V318	µg/l									
Dialysewater	0.05	V440	µg/l									
Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l					Q				

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>								
Tertiar-amyl methyl ether	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	
Tertiair Butanol	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.3	V440	µg/l	
				Grondwater	0.3	V440	µg/l	
				Oppervl-water	1	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.3	V328	µg/l	
				Proceswater	0.3	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.3	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.3	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.3	V440	µg/l	
Tetrachlooretheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Tetrachloormethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.10	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.10	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.10	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.10	V328	µg/l	
				Proceswater	0.10	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.10	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Tetrahydrofuraan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.10	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.10	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.10	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.10	V328	µg/l	
				Proceswater	0.10	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.10	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.10	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.10	V440	µg/l	Q
Tetrahydrothiofeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>								
Tetrahydrothiofeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
2,2,5,5-tetramethyltetrahydrofuraan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	
Tribroometheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
Tribroommethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
1,2,3-Trichloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,2,4-Trichloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>								
1,2,4-Trichloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,3,5-Trichloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
1,1,1-Trichloorethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
				Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
1,1,2-Trichloorethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
				Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
Trichlooretheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
				Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>								
Trichlooretheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Trichloorfluormethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.1	V440	µg/l	
				Grondwater	0.1	V440	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.1	V328	µg/l	
				Proceswater	0.1	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.1	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.1	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.1	V440	µg/l	
Trichloormethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
1,2,3-Trichloropropaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
1,2,3-Trimethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,2,4-Trimethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>								
1,2,4-Trimethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,3,5-Trimethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
				Som Trihalomethanen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	
Som tetra- + trichlooretheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	
<u>Screening GC-MS doelstoffen</u>								
4-nonylfenol (NP)	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
4-n-octylfenol (OP)	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
4-pentylfenol	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
4-pentylfenol	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
4-tertiar-octyl-fenol	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Bisphenol-A (4,4-isopropylidenediphenol)	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
Dodecylfenol (2,4,6-tri-tert-butylfenol)	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 1	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 2	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 3	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 4	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 5	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 6	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 7	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 8	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 9	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Nonylphenolen (NP isomer) 9	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 10	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 11	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 12	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 13	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 14	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
nonylphenolen (NP-isomeren mengsel)	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
o-fenylfenol	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Octylphenol monoethoxylate, 4-tert-	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Octylphenol diethoxylate, 4-tert-	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Som Tertiair butyl phenol 3 en 4	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
Tertiair butyl phenol 2-	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tertiair butyl phenol 3-	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Tertiar butyl phenol 4-	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
Tri-tert-butylphenol 2,4,6-	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
Hexabromodiphenylether 2,2,3,4,4,5-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Hexabromodiphenylether 2,2,4,4,5,5-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Hexabromodiphenylether 2,2,4,4,5,6-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Pentabromodiphenylether 2,2,4,4,5-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Pentabromodiphenylether 2,2,4,4,6-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tetrabromodiphenylether 2,2,4,4-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tetrabromodiphenylether 2,3,4,6-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tetrabromodiphenylether 2,3,4,4-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tri-2-cresylphosphate (TCP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tri-3-cresylphosphate (TCP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tri-4-cresylphosphate (TCP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Tri-4-cresylphosphate (TCP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tribromodiphenylether 2,2,4-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tribromodiphenylether 2,4,4-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tributylfosfaat (TBP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Triethyl phosphate (TEP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Trimethyl phosphate (TMP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tripropyl phosphate	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tris(2-butox-ethyl)fosfaat (TBEP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tris(2-chloroisopropyl)phosphate (TCIPP isomer 1)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
Tris(2-chloroisopropyl)phosphate (TCIPP isomer 2)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
Tris(2-chloroisopropyl)phosphate Som (TCIPP 1en2)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
Tris(2-ethylhexyl)fosfaat (TEHP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.5	G512	µg/l	
				Grondwater	0.5	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Tris(2-ethylhexyl)fosfaat (TEHP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Oppervl-water	0.5	G512	µg/l	
Tris-2-chloroethyl phosphate (TCEP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
Diheptyl phthalate (DHP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Diundecyl phthalate Som (1 en 2)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Di(2-methylpropyl) phthalate (DIBP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.5	G512	µg/l	
				Grondwater	0.5	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.5	G512	µg/l	
Diundecyl phthalate (isomer 2)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Diundecyl phthalate (isomer 1)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Butylbenzylftalaat (BBzP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
Di-butylftalaat (DBP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
Di-cyclohexylftalaat (DCHP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Di-(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.5	G512	µg/l	
				Grondwater	0.5	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.5	G512	µg/l	
Di-ethylftalaat (DEP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Dimethylftalaat (DMP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Di-octylftalaat (DOP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Di-propylftalaat (DPP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Sulfonamiden GC-MS doelstoffen	1312	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione (4-oxoisop)	1313	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Antrachinon (Antraquinone)	1313	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Benzothiazole, 2-Hydroxy	1313	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Benzothiazole, 2-(methylthio)	1313	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Dimethylphenyl isocyanate 2,3-	1313	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
DMSA (Meso-2,3-dimercaptosuccinic acid)	1313	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
<u>Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS</u>								
4HYDROXYDICLOFENAC	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
AMINOANTIPYRINE-4	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS</u>								
AMIODARONE	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
ATENOLOL	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
BEZAFIBRAAT	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
BISOPROLOL_A	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
DICLOFENAC	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
ENALAPRIL	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
FENOFIBRAAT	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
FENOPROFEN	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.2	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS</u>								
FENOPROFEN	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.2	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.2	G540	µg/l	
				Afvalwater	2	G540	µg/l	
INDOMETHACINE	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
IRBESATAN	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
KETOPROFEN	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
LIDOCAINE	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
LOSARTAN	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
METOPROLOL	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
NAPROXEN	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS</u>								
NAPROXEN	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
PARACETAMOL	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
PENTOXIFYLLINE	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
PHENACETIN	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
PHENAZONE	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
PROPRANOLOL	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
PROPYLPHENAZONE	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
SIMVASTIN	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
SOTALOL	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
SOTALOL	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
VALSARTAN	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
AMANTADINE	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
CAPECITABINE	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
CARB1011EPOXY	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
CARBAMAZEPINE	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
CLENBUTEROL	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
CLOZAPINE	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS</u>								
CLOZAPINE	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
COFFEINE	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.1	G540	µg/l	
				Afvalwater	1	G540	µg/l	
CYCLOPHOSPHAMIDE	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
ESTRONE	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
FLUOXETINE	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
GABAPENTIN	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
GENISTEIN	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
IFOSFAMIDE	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS</u>								
MALACHITE_GREEN	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
PIPAMPERONE	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.1	G540	µg/l	
				Afvalwater	1	G540	µg/l	
PRIMIDONE	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
RANITIDINE	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
SALBUTAMOL	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
TAMOXIFEN	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
TERBUTALIN	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
TRANS1011DIHYDRO	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS</u>								
TRANS1011DIHYDRO	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
DIATROZOIC_ACID	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
IOHEXOL	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
IOMEPROL	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.1	G540	µg/l	
				Afvalwater	1	G540	µg/l	
IOPAMIDOL	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.1	G540	µg/l	
				Afvalwater	1	G540	µg/l	
IOPROMIDE	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.1	G540	µg/l	
				Afvalwater	1	G540	µg/l	
IOTHALAMIC_ACID	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
IOXITHALAMIC_ACID	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
IOXITHALAMIC_ACID	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
ACETYSULFAMETHOXAZOLE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
AMOXICILLIN	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
AZITHROMYCIN	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
CEFAZOLINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
CEFOTAXIM	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
CEFTAZIDIME	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.1	G540	µg/l	
				Afvalwater	1	G540	µg/l	
CEFUROXIME	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.1	G540	µg/l	
				Afvalwater	1	G540	µg/l	
CHLOROTETRACYCLINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS</u>								
CHLOROTETRACYCLINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
CIPROFLOXACIN	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
CLARITHROMYCIN	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
DIMETRIDAZOLE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
DOXYCYCLINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
ENOXACIN	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
ENROFLOXACIN	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
ERYTHROMYCINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
ERYTHROMYCINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
ERYTHROMYCINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS</u>								
ERYTHROMYCINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
ERYTHROMYCINE 1	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
ERYTHROMYCINE ANYDRO	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
FLUCLOXACILLINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
FLUMEQUINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
FURAZOLIDONE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
LINCOMCYCINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
MEBENDAZOLE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS</u>								
METRONIDAZOLE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
NORFLOXACIN	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
OFLOXACIN	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
OXYTETRACYCLINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
PENICILLIN V	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
RONIDAZOLE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
ROXITHROMYCIN	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
SULFADIAZINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS</u>								
SULFADIAZINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
SULFADIMETHOXINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
SULFAMERAZINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
SULFAMETHAZINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
SULFAMETHIZOLE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
SULFAMETHOXAZOL	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
SULFAPYRIDINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
TETRACYCLINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
TETRACYCLINE	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
TRIMETHOPRIM	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
TYLOSIN	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
CHLORAMPHENICOL	1389	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
CLOFIBRIC ACID	1389	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
FUROSEMIDE	1389	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
GEMFIBROZIL	1389	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
HYDROCHLOROTHIAZIDE	1389	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
IBUPROFEN	1389	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.20	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
IBUPROFEN	1389	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.20	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.20	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.20	G540	µg/l	
				Afvalwater	2	G540	µg/l	
Pharmaceutische componenten Groep 6 / + ionisatie	1605	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
PFAS								
SOMPFAS_MB	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater		BU15	ng/l	
				Grondwater		BU15	ng/l	
				Oppervl-water		BU15	ng/l	
				Afvalwater		BU15	ng/l	
SOMPFAS_LB	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater		BU15	ng/l	
				Grondwater		BU15	ng/l	
				Oppervl-water		BU15	ng/l	
				Afvalwater		BU15	ng/l	
SOM_PFAS_TFA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater		BU15	PEQ/L	
				Grondwater		BU15	PEQ/L	
				Oppervl-water		BU15	PEQ/L	
				Afvalwater		BU15	PEQ/L	
SOM_PFAS_PEQ	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater		BU15	PEQ/L	
				Grondwater		BU15	PEQ/L	
				Oppervl-water		BU15	PEQ/L	
				Afvalwater		BU15	PEQ/L	
PFUNDS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.5	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.5	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.5	BU15	ng/l	
PFUDA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.5	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.5	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.5	BU15	ng/l	
PFTRDS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.2	BU15	ng/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
PFTRDS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	BU15	ng/l	
PFTRDA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.2	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.2	BU15	ng/l	
PFTEDA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.5	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.5	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.5	BU15	ng/l	
PFPEs	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.2	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.2	BU15	ng/l	
PFPEA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	BU15	ng/l	
				Grondwater	1	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	1	BU15	ng/l	
				Afvalwater	1	BU15	ng/l	
PFOS-VERTAKT	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.5	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.5	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.5	BU15	ng/l	
PFOSA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.2	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.2	BU15	ng/l	
PFOS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.5	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.2	BU15	ng/l	
PFODA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	BU15	ng/l	
				Grondwater	1	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	1	BU15	ng/l	
				Afvalwater	1	BU15	ng/l	
PFOA-VERTAKT	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.5	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.5	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.5	BU15	ng/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
PFOA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.5	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.5	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.5	BU15	ng/l	
PFNS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.2	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.2	BU15	ng/l	
PFNA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.2	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.2	BU15	ng/l	
PFHXS-VERTAKT	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.2	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.2	BU15	ng/l	
PFHXS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.2	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.2	BU15	ng/l	
PFHXDA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	BU15	ng/l	
				Grondwater	1	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	1	BU15	ng/l	
				Afvalwater	1	BU15	ng/l	
PFHXA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	BU15	ng/l	
				Grondwater	1	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	1	BU15	ng/l	
				Afvalwater	1	BU15	ng/l	
PFHPS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.2	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.2	BU15	ng/l	
PFHPA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.2	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.2	BU15	ng/l	
PFDS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	BU15	ng/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
PFDS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Grondwater	0.2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.2	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.2	BU15	ng/l	
PFDODS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	BU15	ng/l	
				Grondwater	1	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	1	BU15	ng/l	
				Afvalwater	1	BU15	ng/l	
PFDOA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.5	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.5	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.5	BU15	ng/l	
PFDA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.3	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.3	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.3	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.3	BU15	ng/l	
PFBS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	2	BU15	ng/l	
				Grondwater	2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	2	BU15	ng/l	
				Afvalwater	2	BU15	ng/l	
PFBA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	2	BU15	ng/l	
				Grondwater	2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	2	BU15	ng/l	
				Afvalwater	2	BU15	ng/l	
NMPFOSAA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.5	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.5	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.5	BU15	ng/l	
NMEFOSAA-VERTAKT	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	BU15	ng/l	
				Grondwater	1	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	1	BU15	ng/l	
				Afvalwater	1	BU15	ng/l	
N-MEFOSA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.2	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.2	BU15	ng/l	
NETFOSAA-VERTAKT	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	BU15	ng/l	
				Grondwater	1	BU15	ng/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
NETFOSAA-VERTAKT	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Oppervl-water	1	BU15	ng/l	
				Afvalwater	1	BU15	ng/l	
N-ETFOSA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.1	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.1	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.1	BU15	ng/l	
NEPFOSAA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	BU15	ng/l	
				Grondwater	1	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	1	BU15	ng/l	
				Afvalwater	1	BU15	ng/l	
H4PFOS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.5	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.5	BU15	ng/l	
H4PFHXS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Afvalwater	0.5	BU15	ng/l	
				Drinkwater	0.5	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.5	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.5	BU15	ng/l	
H4PFDS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Afvalwater	0.5	BU15	ng/l	
				Drinkwater	0.5	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.5	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.5	BU15	ng/l	
GENX	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Afvalwater	0.5	BU15	ng/l	
				Drinkwater	0.5	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.5	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.5	BU15	ng/l	
FHXSA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.2	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.2	BU15	ng/l	
FBSA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.3	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.3	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.3	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.3	BU15	ng/l	
ADONA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.2	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.2	BU15	ng/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
ADONA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	BU15	ng/l	
9CL-PF3ONS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	BU15	ng/l	
				Grondwater	1	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	1	BU15	ng/l	
				Afvalwater	1	BU15	ng/l	
82FTUCA	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	BU15	ng/l	
				Grondwater	0.5	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	0.5	BU15	ng/l	
				Afvalwater	0.5	BU15	ng/l	
82DIPAP	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	BU15	ng/l	
				Grondwater	1	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	1	BU15	ng/l	
				Afvalwater	1	BU15	ng/l	
11CL-PF3OUDS	1749	UPLC-MS-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	BU15	ng/l	
				Grondwater	1	BU15	ng/l	
				Oppervl-water	1	BU15	ng/l	
				Afvalwater	1	BU15	ng/l	
TFMS	1662	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.01	G512	µg/l	
TFA	1662	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie								
3-IODO-2-PROPYNYL N-BUTYLCARBAMATE	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
AZOXYSTROBIN	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
CARBENDAZIM	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie</u>								
CARBENDAZIM	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
CYAZOFAMID	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
CYPROCONAZOLEC	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
CYPRODINIL	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
DIMETHOMORPH	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
DMSA	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
DMST	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
EPOXICONAZOLE	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie</u>								
EPOXICONAZOLE	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
FAMOXADONE	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
FENPROPIMORPH	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
FLUOPICOLIDE	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
FLUOPYRAM	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
FLUTOLANIL	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
IMAZALIL	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
IPRODION	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
KRESOXIM-METHYL	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie</u>								
KRESOXIM-METHYL	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
METALAXYL	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
METCONAZOLE	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
PENCONAZOLE	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
PENCYCURON	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
PROCHLORAZ	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
PROPAMOCARB-HCL	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
PROPICONAZOOL	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie</u>								
PROPICONAZOOL	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
PROTHIOCONAZOLE	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
TEBUCONAZOLE	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
THIABENDAZOLE	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
TRIADIMENOL	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
TRIFLOXYSTROBIN	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
14CHLOROPHENYLUREA	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
34DICHLOROPHENYL3METHYLUREA	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie</u>								
3CHLOOR4METHYLPHENYLUREA	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
4ISOPROPYLFENYL3METHYLUREA	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
4ISOPROPYLPHENYLUREA	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
ACETOCHLOOR	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
ALACHLOOR	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
ANTRANILZUURISOPROPYLAMIDE	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
ASULAM	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
ATRAZINE	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie</u>								
ATRAZINE	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
ATRAZINE-2HYDROXY	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
BAM	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
BENZAZOLIN-ETHYL ESTER	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
CHLORIDAZON	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
CHLORSULFURON	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
CLOPYRALID	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
CLTOLURON	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie</u>								
CLTOLURON	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
DESETHATR	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
DESMEDIPHAM	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
DESIOPATR	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
DIFLUFENICAN	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
DIMETHENAMIDE-ESA	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
DIMETHENAMIDE-OA	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
DIMETHENAMIDE-P	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
DIURON	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie								
DIURON	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
FLORASULAM	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
FLUFENACET	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
FLUROXYPYR1METHYLHEPTYLESTER	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
HALOXYFOP	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
ISOPROTURON	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
LINURON	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
MESOSULFURONMETHYL	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie</u>								
MESOSULFURONMETHYL	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
METAMITRON	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
METHABENZTHI	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
METOLACHL	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
METOLACHLOOR-ESA	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
METOLACHLOOR-OA	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
METOXURON	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
METRIBUZINDESAMINO	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie</u>								
METRIBUZINE	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
MONOLIN	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
MONURON	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
NICOSULFURON	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
PENDIMETHALIN	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
PROMETRYN	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
PROPACHLOOR-ESA	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
PROPACHLOOR-OA	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie</u>								
PROPACHLOOR-OA	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
PROPYZAMIDE	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
PROSULFOCARB	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
QUINMERAC	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.1	G540	µg/l	
				Afvalwater	1	G540	µg/l	
SIMAZINE	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
TERBUTYLAZ	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
TERBUTYLAZINE-DESETHYL	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
TRITOSULFURON	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie								
TRITOSULFURON	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
12BENZOTHIAZOLIN3ONE	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
13DICYCLOHEXYLUREA	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.3	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.3	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.3	G540	µg/l	Q
13DIETHYL13DIPHENYLUREA	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.3	G540	µg/l	
				Afvalwater	3	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
13DIPHENYLGUANIDINE	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
2AMINO BENZOTHIAZOLE	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
2METHYL4ISOTHIAZOLIN-3-ONE	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
2-OCTYL-4-ISOTHIAZOLINE-3-ONE	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.05	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
45DICHLORO2OCTYLISOTHIAZOLONE	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie								
45DICHLORO2OCTYLISOTHIAZOLONE	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
4DIMETHYLAMINOPYRINE	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
4METHYL1HBEN	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
5METHYL1HBENZOTRIAZOLE	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
BENZOTHIAZOLIN	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.2	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.2	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.2	G540	µg/l	
				Afvalwater	2	G540	µg/l	
DIMETHYL1HBENZOTRIAZOOL	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
GLYMEDI	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.2	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.2	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.2	G540	µg/l	
				Afvalwater	2	G540	µg/l	
GLYMETETRA	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie</u>								
GLYMETETRA	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
GLYMETRI	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
TPPO	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.1	G540	µg/l	
				Afvalwater	1	G540	µg/l	
ALDIC-SO2	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
BUTOCARB	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.2	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.2	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.2	G540	µg/l	
				Afvalwater	2	G540	µg/l	
CARBOFURAN	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
CHLORANTRANILIPROE	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
CLOTHIANIDIN	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie</u>								
CYROMAZINE	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
DEET	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
DEMETONO	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
ETHIOCARB	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
ETHIO-SO	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
IMIDACLOPRID	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
METHIO-SO2	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
METHOXYFENOZIDE	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie</u>								
METHOXYFENOZIDE	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
OXAMYL	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
PIPERONYLBUTOXIDE	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
SPINOSAD	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
SPINOSYN A	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
SPINOSYN B	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
THIACLOPRID	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
THIAMETHOXAM	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie</u>								
THIAMETHOXAM	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
THIOF-SO	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
THIOF-SO2	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Afvalwater	0.1	G540	µg/l					
<u>Screening HPLC-MS/MS, negatieve ionisatie</u>								
2NF+4NF	1301	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.50	G540	µg/l	
FLUDIOXONIL	1301	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
245TP	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
24D	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
24DB	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
Proceswater	0.05	G540	µg/l					
Afvalwater	0.5	G540	µg/l					

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
24DP	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
4CPA	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
ACETOCHLOOR-ESA	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
ALACHLOOR-ESA	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
BENTAZON	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
BROMACIL	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
BROMOXYNIL	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
DICAMBA	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
DICAMBA	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.5	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.5	G540	µg/l	
				Afvalwater	5	G540	µg/l	
DINOTERB	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
DNOC	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
FLUFENACET-ESA	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
FLUFENACET-OA	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
MCPA	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
MCPB	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
MCPB	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
MCP	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
TEMBOTRIONE	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
TOPRAMEZONE	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
1H-Benzotriazole	1180	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
2,4-Dinitrofenol	1180	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
5-chloro-1H-benzotriazole	1180	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Plaagbestrijdingsmiddelen / - ionisatie	1298	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
ACESULFAAM	1570	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
ASPARTAME	1570	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
ASPARTAME	1570	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
CYCLAMATE	1570	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
SACCHARIN	1570	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.1	G540	µg/l	
				Afvalwater	1	G540	µg/l	
SUCRALOSE	1570	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
IBUPROFEN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
GEMFIBROZIL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
COFFEINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
DAPSON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
DAPSON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
BROMACIL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
DEET	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
DIMETHENAMIDE-P	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
GLYMEDI	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
GLYMETRI	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
GLYMETETRA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
FIPRONIL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
AMIDOSULFURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
ASULAM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
BROMOXYNIL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FLUFENACET-OA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
FLUDIOXONIL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FLUAZINAM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
34DICHLOROPHENYLMETHYLUREA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
34DICHLOORPHENYLUREA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelstoffen met HR-LC-QTOF								
34DICHLOORPHENYLUREA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
4ISOPROPYLFENYL3METHYLUREA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
4ISOPROPYLPHENYLUREA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
ANTRANILZUURISOPROPYLAMIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
AZIMSULFURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
AMOXICILLIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G512	µg/l	
				Grondwater	0.2	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	G512	µg/l	
				Proceswater	0.2	G512	µg/l	
				Afvalwater	2	G512	µg/l	
AZITHROMYCIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
CEFAZOLINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
CEFAZOLINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	1	G512	µg/l	
CHLOROTETRACYCLINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G512	µg/l	
				Grondwater	0.2	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	G512	µg/l	
				Proceswater	0.2	G512	µg/l	
CIPROFLOXACIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
CLOXACILLIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
ENROFLOXACIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
ENOXACIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
FLUCLOXACILLINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G512	µg/l	
				Grondwater	0.2	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	G512	µg/l	
				Proceswater	0.2	G512	µg/l	
CLOFIBRIC ACID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
FUROSEMIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
FUROSEMIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
FENAMIPHOS	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
3-IODO-2-PROPYNYL N-BUTYLCARBAMATE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
CYCLOXYDIM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
IPRODION	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
BUPIRIMAAT	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
CYAZOFAMID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
CYMOXANIL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.5	G512	µg/l	
				Grondwater	0.5	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.5	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
CYMOXANIL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.5	G512	µg/l	
				Afvalwater	5	G512	µg/l	
CYPRODINIL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
DIETHOFENCARB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
DIMETHOMORPH	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
DODEMORPH	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FENHEXAMID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
FENPROPIDIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FENPROPIMORPH	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelstoffen met HR-LC-QTOF								
ACETYLSULFAMETHOXAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
LIDOCAINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
CLARITHROMYCIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FLUMEQUINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
BENZAZOLIN-ETHYL ESTER	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
BENZTHIAZURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
CARFENTRAZONE-ETHYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
CHLORSULFURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
CHLORSULFURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
CLOMAZONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
DIMETHENAMIDE-ESA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
DIMETHENAMIDE-OA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
ETHOFUMESATE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.2	G512	µg/l	
				Grondwater	0.2	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	G512	µg/l	
				Proceswater	0.2	G512	µg/l	
ETHOXYLSULFURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
FLUFENACET	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
FLUFENACET-ESA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelstoffen met HR-LC-QTOF								
FLUFENACET-ESA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
FORAMSULFURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
HEXAZINON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
12BENZOTHIAZOLIN3ONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
13DICYCLOHEXYLUREA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.3	G512	µg/l	
13DIPHENYLGUANIDINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.3	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.3	G512	µg/l	
				Proceswater	0.3	G512	µg/l	
				Afvalwater	3	G512	µg/l	
DIMETRIDAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
1HBENZOTRIAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
DMSA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelstoffen met HR-LC-QTOF								
DMSA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
DMST	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
13DIETHYL13DIPHENYLUREA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
DEMETONO	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
DEMETONSMETHYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
FOSTHIAZATE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
HEPTENOPHOS	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
IMIDACLOPRID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
IMIDACLOPRID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
DIMETHYL1HBENZOTRIAZOOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
CHLORIDAZON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
CYANAZINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
DNOC	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
245T	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
245TP	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
24D	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
VAMIDOTHION	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
2-OCTYL-4-ISOTHIAZOLINE-3-ONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
ROXITHROMYCIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
CEFOTAXIM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
LOSARTAN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
3CHLOOR4METHYLPHENYLUREA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
24DINITROFOH	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
ISOPROTURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
ISOPROTURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
LINURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
MCPA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
MCPA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
MCPP	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
METALAXYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
ETRIMFOS	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
BUTOCARB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
BUTOC-SO	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
BUTOC-SO	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
BUTO-SO2	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
ALDICARB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
ALDIC-SO2	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
ALDIC-SO	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
ATRAZINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
BAM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
CARBAMAZEPINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
FENOFIBRAAT	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
FENOFIBRAAT	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
ERYTHROMYCINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G512	µg/l	
				Grondwater	0.2	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	G512	µg/l	
				Proceswater	0.2	G512	µg/l	
DINOSEB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
DINOTERB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
DIURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
CARBARYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
CARBENDAZIM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
CARBOFURAN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
CARBOFURAN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
CARB-OH	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
CLBROMURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
CLTOLURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
BENZAZOLIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
FURALAXYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
ETHIOCARB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
ETHIO-SO	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
DESETHATR	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
DESIOPATR	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
24DB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
24DP	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
DICAMBA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
MCPB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
4CPA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
CHLORAMPHENICOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
CHLORAMPHENICOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
KETOPROFEN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
BEZAFIBRAAT	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
DICLOXACILLINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
INDOMETHACINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
DICLOFENAC	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
BENALAXYLM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
CINCHOPHEN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelstoffen met HR-LC-QTOF								
CINCHOPHEN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
BIXAFEN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
CYFLUFENAMID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
EMAMECTINB1A	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
EMAMECTINB1B	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
ETOXAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FENAMIDONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FLUMIOXAZIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
IMAZAMOX	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
IMAZAMOX	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
ISOPYRAZAM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
LUFENURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
PRAZIQUANTEL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
QUINOCLAMINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
SILTHIOFAM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
SPIROTETRAMAT	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
TOLBUTAMIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
TOLBUTAMIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
TRIBENURONMETHYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
2ACRYLAMIDO2METHYL1PROPANESULFONICACID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
BISPHENOLS	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
FENPYRAZAMINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
44DIAMINODIPHENYLMETHANE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
EMAMECTINSOM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
FLUXAPYROXAD	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
PTOLUENESULFONICACID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
1NAPHTHALENESULFONICACID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
BENTAZON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PENTOXYFILLINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PHENACETIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PHENAZONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PHENMEDIPHAM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
PHOSALONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
PHOSALONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
PHOSPHAMIDON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PHOXIM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
PICOXYSTROBIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
PINDOLOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
PINOXADEN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
PIPAMPERONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
PIPERONYLBUTOXIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
PIPERONYLBUTOXIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	1	G512	µg/l	
PIRIMIPHOS-METHYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PRIMIDONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
PROCHLORAZ	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PROMETRYN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PROPACHL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PROPACHLOOR-ESA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
PROPACHLOOR-OA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
PROPAMOCARB-HCL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
PROPAMOCARB-HCL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PROPAZINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
PROPICONAZOOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
PROPOXUR	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
PROPRANOLOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
PROPYLPHENAZONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PROPYZAMIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
PROSULFOCARB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
PROSULFOCARB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PROSULFURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PROTHIOCONAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PYMETROZINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
PYRACLOSTROBIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PYRIMETHANIL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PYROXSULAM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
QUINMERAC	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelstoffen met HR-LC-QTOF								
QUINOXYFEN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
QUIZALOFOPPETHYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
RANITIDINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
RIMSULFURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
RONIDAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
SACCHARIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
SALBUTAMOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
SEBUTHYLAZINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
SEBUTHYLAZINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
SIMAZINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
SIMVASTIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
SOTALOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
SPINOSAD	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
SPINOSYN A	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
SPINOSYN B	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
SUCRALOSE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G512	µg/l	
				Grondwater	0.2	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	G512	µg/l	
				Proceswater	0.2	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
SUCRALOSE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	2	G512	µg/l	
SULCITRIONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
SULFACHINOXALIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
SULFACHLOROPYRAZIDINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
SULFADIAZINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
SULFADIMETHOXINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
SULFAMERAZINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
SULFAMETHAZINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
SULFAMETHIZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
SULFAMETHIZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
SULFAMETHOXAZOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
SULFAPYRIDINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
SULFOSULFURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
TAMOXIFEN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
TEBUCONAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
TEBUFENPYRAD	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
TEMBOTRIONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelstoffen met HR-LC-QTOF								
TEMBOTRIONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
TEPRALOXIDIM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
TERBUTALIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
TERBUTYLAZ	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
TERBUTYLAZINE-DESETHYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
TETRACYCLINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
THIABENDAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
THIACLOPRID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelstoffen met HR-LC-QTOF								
THIAMETHOXAM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
THIFENSULFURON-METHYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
THIODICARB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
THIOF-SO	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
THIOF-SO2	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
TIAMULINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
TOPRAMEZONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
TPPO	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
TPPO	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
TRANS1011DIHYDRO	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
TRIADIMENOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
TRIASULFURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
TRIAZAMATE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
TRIAZOPHOS	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
TRICHLORFON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
TRICLOPYR	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
TRICLOPYR	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
TRITIAZINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
TRIFLOXYSTROBIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
TRIFLUMIZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
TRIMETHOPRIM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
TRINEXAPAC-ETHYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
TRISULFURONMETHYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
TRITOSULFURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
TYLOSIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelstoffen met HR-LC-QTOF								
TYLOSIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
VALSARTAN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
MEBENDAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
MALACHITE_GREEN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
ATENOLOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
BISOPROLOL_A	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
LINCOMYCIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
4DIMETHYLAMINOPYRINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelstoffen met HR-LC-QTOF								
4DIMETHYLAMINOPYRINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
ENALAPRIL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
ESTRONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G512	µg/l	
				Grondwater	0.2	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	G512	µg/l	
				Proceswater	0.2	G512	µg/l	
				Afvalwater	2	G512	µg/l	
FLUOXETINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
AMIODARONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
BETAXOLOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
CAPECITABINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
CLENBUTEROL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
CYCLOPHOSPHAMIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
IFOSFAMIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
DIATROZOIC_ACID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
IOHEXOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
IOMEPROL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
IOPAMIDOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
IOPANOIC_ACID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
IOPROMIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
IOPROMIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
IOTHALAMIC_ACID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
IOXITHALAMIC_ACID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
KRESOXIM-METHYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
FLUTOLANIL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
DIFENCONAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
CARBETAMIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
FLUOMETURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
FLUOMETURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
IRGAROL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
GABAPENTIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
ACESULFAAM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
AMANTADINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
CLOPYRALID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
CYPROCONAZOLEC	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
CYROMAZINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
DIPYRIDAMOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelstoffen met HR-LC-QTOF								
DIPYRIDAMOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
FENOXYCARB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
FURAZOLIDONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
GENISTEIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
HYDROCHLOROTHIAZIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
IOXYNIL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
MANDIPROPAMID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
14CHLOROPHENYLUREA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
14CHLOROPHENYLUREA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
2METHYL4ISOTHIAZOLIN-3-ONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
2NF+4NF	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
4METHYL1HBEN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
IMAZALIL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
ASPARTAME	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
CYCLAMATE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
CARB1011EPOXY	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
4HYDROXYDICLOFENAC	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
IRBESATAN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FLUROXYPYR	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
5CHLORO1HBENZOTRIAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FLONICAMID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
2AMINO BENZOTHIAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
45DICHLORO2OCTYLISOTHIAZOLONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
5METHYL1HBENZOTRIAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
5METHYL1HBENZOTRIAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
INDOXACARB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
AZOXYSTROBIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
BENTHIAVALICARBISOPROPYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
BOSCALID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
EPOXICONAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FLUOPICOLIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FLUOXASTROBIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
FLUOXASTROBIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
CLODINAFOPPROPARGYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
CLOQUINTOCETMEXYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
DIFLUFENICAN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FENOXAPROPETHYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
FLUAZIFOPPBUTYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
ERYTHROMYCINE 1	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G512	µg/l	
				Grondwater	0.2	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	G512	µg/l	
				Proceswater	0.2	G512	µg/l	
				Afvalwater	2	G512	µg/l	
ERYTHROMYCINE ANYDRO	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G512	µg/l	
				Grondwater	0.2	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	G512	µg/l	
				Proceswater	0.2	G512	µg/l	
				Afvalwater	2	G512	µg/l	
ATRAZINE-2HYDROXY	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelstoffen met HR-LC-QTOF								
ATRAZINE-2HYDROXY	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
BUTURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
CLOPIDOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
CLOTHIANIDIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
DIFENOXURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
FLORASULAM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FLUAZIFOP	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
FLUOPYRAM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
FLUOPYRAM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
HALOXYFOP	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
AMINOANTIPYRINE-4	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
CLOZAPINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
FLUROXYPYR-1-METHYLHEPTYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
13BENZOTHIAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
25DIMTETHYLBENZ	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
3HYDROXYMETHYLTY	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
4FORMYLAMINOANTI	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
SOMACEALACHLOR	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
SOMACEALACHLORESA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
SOMBRODIFACOUM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
BRODIFACOUMA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
BRODIFACOUMB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
DIPHENYLPHOSPHINIC	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
GABAPENTINLACTAM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
GABAPENTINLACTAM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PROPАЗINE2HYDROXY	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
SIMAZINE2HYDROXY	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
DIMETHOMORPHA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
DIMETHOMORPHB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
DODEMORPHA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
MEPANIPYRIM	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
DODEMORPHB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
DODEMORPHB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
MESOSULFURONMETHYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
MESOTRIONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
METAMITRON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
METCONAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
METHABENZTHI	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
METHAMIDOPHOS	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G512	µg/l	
				Grondwater	0.2	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	G512	µg/l	
				Proceswater	0.2	G512	µg/l	
				Afvalwater	2	G512	µg/l	
METHIOCARB	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
METHIO-SO2	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
METHIO-SO2	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
METHOMYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
METHOXYFENOZIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
METOBROMUR	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
METOLACHL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
METOLACHLOOR-ESA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
METOLACHLOOR-OA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
METOPROLOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
METOPROLOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
METOXURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
METRAFENON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
METRIBUZINDESAMINO	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
METRIBUZINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
METRONIDAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
METSULFURONMETHYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
MONOLIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
MEVINPHOS-CIS	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
MEVINPHOS-TRANS	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
MONURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
NAPROXEN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G512	µg/l	
				Grondwater	0.2	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	G512	µg/l	
				Proceswater	0.2	G512	µg/l	
				Afvalwater	2	G512	µg/l	
NICOSULFURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
NORFLOXACIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
OFLOXACIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
OLEANDOMYCINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
OLEANDOMYCINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
OMETHOATE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
OSELTAMIVIR	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
OXACILLINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
OXADIXYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
OXAMYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
OXASULFURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
OXOLINIC ACID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
OXOLINIC ACID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
OXYMETAZOLINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
OXYTETRACYCLINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
PARACETAMOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
PENCONAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PENCYCURON	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PENDIMETHALIN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
PENICILLIN G	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
PENICILLIN V	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelstoffen met HR-LC-QTOF								
PENICILLIN V	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
HALAUXIFENMETHYL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FLUPYRADIFURONE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
OXFENDAZOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PENFLUFEN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
SITAGLIPTINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
SULFADOXINE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
TRICLABENDAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Doelstoffen met HR-LC-QTOF</u>								
TRICLABENDAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FENBENDAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
FLUCONAZOLE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
LEVAMISOL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
METAZACHL-ESA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	
METAZACHL-OA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
				Proceswater	0.1	G512	µg/l	
				Afvalwater	1	G512	µg/l	
OXYCLOZANIDE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
PONAZURIL	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelstoffen met HR-LC-QTOF								
SEDAXANE	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
4METHYL7DIETHYLAMINO	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
CANDESARTAN	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
METHYL3HYDROXYPHCA	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
				Proceswater	0.03	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.3	G512	µg/l	
N-ACETYL4AMINOANTIP	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	
				Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
ACETAMIPRID	1710	LC-QTOF	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Doelstoffen met LR-GCMS								
224TRIMETHYL13PENTA	1707	LR-GC-MS na vloeistof/vloeistof e	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
2METHYLINDENE	1707	LR-GC-MS na vloeistof/vloeistof e	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
3CARENE	1707	LR-GC-MS na vloeistof/vloeistof e	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
BENZENESULFONAMIDE	1707	LR-GC-MS na vloeistof/vloeistof e	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
BENZOICACID4ETHOX	1707	LR-GC-MS na vloeistof/vloeistof e	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
INDENO	1707	LR-GC-MS na vloeistof/vloeistof e	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
NAPHTALENE1ETHYL	1707	LR-GC-MS na vloeistof/vloeistof e	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
NAPHTALENE2ETHYL	1707	LR-GC-MS na vloeistof/vloeistof e	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
NNDIETHYLNNDIPHENYL	1707	LR-GC-MS na vloeistof/vloeistof e	Eigen methode	Drinkwater	0.03	G512	µg/l	
				Grondwater	0.03	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.03	G512	µg/l	
TPPO	1707	LR-GC-MS na vloeistof/vloeistof e	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
<u>Uitbestedingen</u>								
Anion Actieve Detergenten	1011	Uitbesteding	Conform NEN-EN 903			G111	mg L.S04/l	
Assimileerbaar Organisch Koolstof (A.O.C.)	1010	Uitbesteding	Eigen methode			G831	µg/l	
AOX	228	Uitbesteding				G509	µg/l	
BZV	625	Uitbesteding	Eigen methode			P519	mg O2/l	
Bromaat	1006	Uitbesteding	Eigen methode			G512	µg/l	
EDTA	1206	Uitbesteding	Eigen methode			G250	µg/l	
NTA	1206	Uitbesteding	Eigen methode			G250	µg/l	
DTPA	1206	Uitbesteding	Eigen methode			G250	µg/l	
CZV	624	Uitbesteding	Eigen methode			G508	mg O2/l	
Endotoxinen	1517	Uitbesteding				P301	EU/ml	
						P301	EU/ml	
Extraheerbaar organisch halogeen (EOX)	724	Uitbesteding	Conform ISO 17294-1			G512	µg/l	
Minerale Olie (GC)	123	Uitbesteding	Eigen methode			G509	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Uitbestedingen</u>								
Salmonella aan/afwezig	1577					P603	kve/25ml	
Stikstof-Kjeldahl	627	Uitbesteding	Eigen methode			G508	mg N/l	
Sulfide	171	Uitbesteding	Eigen methode			G512	mg/l	
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	1500	Uitbesteding	Niet van toepassing			G143	mg/l	
Tritium	632	Uitbesteding	Conform NVN 5622			G512	BQ/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
-----------------------	------	--------------	------------------	--------	-----------------	------	---------	---

* De pH wordt na monsterneming binnen 24 uur gemeten op het laboratorium en kan in zwak gebufferd water afwijken van een "in-situ" gemeten waarde.

** Bij membraanfiltratietechnieken (coliformen, E. coli, Enterococci, sulfiet reducerende Clostridia, (thermotolerante) bacteriën van de coligroep, faecale streptococci, Clostridium perfringens, koloniegetal 25°C, en Pseudomonas) geldt een statistisch significant telgebied tussen de 10 en 80 verdachte kve/plaat.

Bij de gietplaatmethode (koloniegetal 22 °C, 30 °C en 37 °C) geldt een statistisch significant telgebied tussen de 10 en 300 kve/plaat. Bij de gietplaatmethode (bacteriofagen en somatische fagen) geldt een statistisch significant telgebied tussen de 30 en 300 getelde plaques.

Bij de strijkplaatmethode (koloniegetal 25 °C en legionella species) geldt een statistisch significant telgebied tussen 10 en 300 kve/plaat.

Indien er een telling boven de hierboven genoemde telgebieden gerapporteerd wordt, kan de gerapporteerde waarde als indicatief worden beschouwd.

Gerapporteerde waarden tussen de 3-9 kolonies welke zijn aangetoond in het geanalyseerde monstervolume, zijn vanuit statisch oogpunt relatief onbetrouwbaar volgens ISO 8199.

Hierdoor moet deze waarde als indicatief worden beschouwd.

Indien er waarden van 1-2 kolonies worden gerapporteerd in het geanalyseerde monstervolume, wordt het resultaat beschouwd als aanwezig.

Indien er 0 kolonies worden gerapporteerd in het geanalyseerde monstervolume, betekent dit dat er geen (specifieke) micro-organismen aangetoond zijn in het geanalyseerde monstervolume.

Methoden Monsterneming

Methode	Omschrijving	Conform
VL-W-MN01	Monsterneming ten behoeve van anorganische en organische analyses.	Conform NEN-EN-ISO 5667-5
VL-W-MN02	Monsterneming uit waarnemingsbuizen (inclusief anaerobe in-line filtratie van water) ten behoeve van anorganische- en organische analyses.	Conform NTA 8017 Conform NEN 6600-2
VL-W-MN03	Steekbemonstering met behulp van een bemonsteringsbeker ten behoeve anorganische-, organische analyses	Conform NTA 8017 Conform NEN 6600-2
VL-W-MN04	Monsterneming uit waarnemingsbuizen (inclusief anaerobe in-line filtratie van water) ten behoeve van anorganische- en organische analyses.	Conform NTA 8017 Conform NEN-6600-3 Kiwa mededeling nr. 111, koperafgifte door drinkwaterleidingen. Conform NEN-EN-ISO 5667-5
VL-W-MN05	Monsterneming ten behoeve van organische-, anorganische en microbiologische analyses	Conform NEN-EN-ISO 11731 en NEN-EN-ISO 19458
VL-W-MN08	Monsterneming ten behoeve van de koperenbuizenproef	Conform NEN 5766
VL-W-MN10	Monsterneming ten behoeve van de methaananalyse (analyse met intern referentienummer VL-W-OC05)	Conform NEN 6606
VL-W-MN11	Monsterneming ten behoeve van Legionella onderzoek. (analyse met intern referentienummer VL-W-MB48 en VL-W-MB18)	Conform NEN 6414
VL-W-MN14	Meting van de grondwaterstand met peilint	Eigen methode
VL-W-MN15	Meting van het doorzicht met behulp van de Secchischijf	Eigen methode
VL-W-MN16	Bepaling van de temperatuur in-situ van water	Conform NEN-EN-ISO 7393-2
VL-W-MN17	Bepaling van de pH in-situ van water met behulp van potentiometrie	Kiwa-huisvoorschriften LMB-024
VL-W-MN18	Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) in-situ van water met behulp van conductometrie	Kiwa-huisvoorschriften LMB-023
VL-W-MN20	Fotometrische bepaling van het gehalte aan vrij en totaal beschikbaar chloor in water	GMP+ BA13 (annex 6 en 7)
VL-W-MN26	Monsterneming van water voor benthos onderzoek	GMP+ BA13
VL-W-MN27	Monsterneming van water voor plankton onderzoek	Eigen methode
VL-W-MN28	Monsterneming ten behoeve van kalkpellets m.b.v. van een bemonsteringsbeker	Eigen methode
VL-W-MN29	Monsterneming ten behoeve van fulvinezuur (HumVi)	Eigen methode
VL-W-MN32	Monsterneming van water uit apparaten voor thuisdialyse	Eigen methode
VL-W-MN33	Monsterneming van oppervlakken m.b.v. stempelplaten	Eigen methode
VL-W-MN34	Bemonstering bovenwater van filters en sproeikamers.	Eigen methode
VL-W-MN35	Bepaling van opgelost zuurstof in-situ op basis van luminescentie	Eigen methode
VL-W-MN36	Monsterneming ten behoeve van microbiologische analyses	Conform NEN-EN-ISO 19458
VL-W-MN37	Monsterneming ten behoeve van de analyse van assimileerbare organische koolstof (AOC)	Conform NEN 6271
VL-W-MN38	Monsterneming van drinkwater ten behoeve van chemische en microbiologische analyses middels het plaatsen van een standpijp op ondergrondse brandkranen.	Conform NEN-EN-ISO 5667-5 en NEN-EN-ISO 19458